

РЕШЕНИЕ

№ 18 / 30.04.2015 г.

**за класиране на участниците
и определяне на изпълнител на обществена поръчка**

На основание чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗОП и протоколи от 24.03.2015 г.; 07.04.2015 г.; 22.04.2015 г.; 29.04.2015 г. От заседания на комисия, назначена със заповед № 90 от 24.03.2015 г., за провеждане на открита процедура по ЗОП, с предмет „Доставка на медицински изделия, предназначени за имобилизация на пациента при извършване на терапевтично облъчване чрез мултимодален линеен ускорител, по приложена спецификация“, открита с Решение № 06/09.02.2015г. и публикувано обявление в АОП № 647 666/09.02.2015 г.

ОБЯВЯВАМ

I. Класираните участници за „Доставка на медицински изделия, предназначени за имобилизация на пациента при извършване на терапевтично облъчване чрез мултимодален линеен ускорител, по приложена спецификация“, по обособени позиции, както следва:

О П N	наименование на обособената позиция	технически изисквания	Прогноз-ни коли-чества – брой	ПЪРВО МЯСТО	ВТОРО МЯСТО
1	ОП 1 – Плът за глава, рамена, торакс и малък таз	Да осигурява възможност за провеждане на IMRT; Да предлага решение за лъчеви сеанси на региона глава, рамена, торакс и малък таз; да има съвместимост на прецизно закрепване на предлаганият продукт към плота на масата на линейният ускорител(модел на плота ibeam evo); да има съвместимост на предлагания продукт с използваните термо маски за фиксиране на пациента в отделението*; да има съвместимост на предлаганият продукт с използваните подложки за глава в отделението*; поне единият предлаган плот да е от карбон.	2	ЕКОСТАЛ ЕООД	ЕРГИН ЕООД
2	ОП 2 – Термомаски за прецизна имобилизация при VMAT и IMRT – 4(четири)-точкови;	Система за закачване, съвместима с използваната в отделението по лъчелечение; Дебелина на маските - min 3 mm или с подсилени краища; Температура на приготвяне на маските - min 65°; Build-up на кожа - не по-голяма от 3 mm H2O еквивалент; Фактор на отслабване при енергия 15MV - не повече от 0.6%.	50	КОНСОРЦИУМ ФЕРОМЕД - ТУКУМАН	ЕКОСТАЛ ЕООД
3	ОП 3 – Термомаски за прецизна имобилизация при VMAT и IMRT – 5(пет)-точкови;	Система за закачване, съвместима с използваната в отделението по лъчелечение; Дебелина на маските - min 3 mm или с подсилени краища; Температура на приготвяне на маските - min 65°; Build-up на кожа - не по-голяма от 3 mm H2O еквивалент; Фактор на отслабване при енергия 15MV - не повече от 0.5%.	100	КОНСОРЦИУМ ФЕРОМЕД - ТУКУМАН	ЕКОСТАЛ ЕООД
4	ОП 4 – Термомаски за прецизна имобилизация – 3(три)-точкови;	Система за закачване, съвместима с използваната в отделението по лъчелечение; Дебелина на маските - min 2 mm или с подсилени краища; Температура на приготвяне на маските - min 65°; Build-up на кожа - не по-голяма от 2.5 mm H2O еквивалент; Фактор на отслабване при енергия 15MV - не повече от 0.4%.	50	ЕКОСТАЛ ЕООД	КОНСОРЦИУМ ФЕРОМЕД - ТУКУМАН

5	ОП 5 – Термомаски за прецизна имобилизация 4(четири)-точкови;	Система за закачване, съвместима с използваната в отделението по лъчелечение; Дебелина на маските - min 2 mm или с подсилени краища; Температура на приготвяне на маските - min 65°; Build-up на кожа - не по-голяма от 2.5 mm H2O еквивалент; Фактор на отслабване при енергия 15MV - не повече от 0.4%.	100	КОНСОРЦИУМ ФЕРОМЕД - ТУКУМАН	ЕКОСТАЛ ЕООД
6	ОП 6 – Термомаски за прецизна имобилизация – 5(пет)-точкови;	Система за закачване, съвместима с използваната в отделението по лъчелечение; Дебелина на маските - min 2 mm или с подсилени краища; Температура на приготвяне на маските - min 65°; Build-up на кожа - не по-голяма от 2.5 mm H2O еквивалент; Фактор на отслабване при енергия 15MV - не повече от 0.4%.	100	ЕКОСТАЛ ЕООД	КОНСОРЦИУМ ФЕРОМЕД - ТУКУМАН
7	ОП 7 – Термомаски за прецизна имобилизация – 6(шест)-точкови;	Система за закачване, съвместима с използваната в отделението по лъчелечение; Дебелина на маските - min 2 mm или с подсилени краища; Температура на приготвяне на маските - min 65°; Build-up на кожа - не по-голяма от 2.5 mm H2O еквивалент; Фактор на отслабване при енергия 15MV - не повече от 0.4%.	50	ЕКОСТАЛ ЕООД	ЕРГИН ЕООД
8	ОП 8 – Рентген контрастни маркери (топчета) за прил при сканиране на пац за лъчелечение, с д-р не по-малко от 2 mm;	да са от материал, който не оставя артефакти по образа при сканиране на компютър томограф(керамика, полимер или друг еквивалентен материал, който да отговаря на това изискване); да имат възможност да се залепват на кожата на пациента или на термомаската; цвят на маркерите бял.	300	ЕКОСТАЛ ЕООД	ЕРГИН ЕООД
9	ОП 9 – Рентген контрастни маркери (топчета) за прил при сканиране на пац за лъчелечение, с д-р не по-малко от 4 mm.	да са от материал, който не оставя артефакти по образа при сканиране на компютър томограф(керамика, полимер или друг еквивалентен материал, който да отговаря на това изискване); да имат възможност да се залепват на кожата на пациента или на термомаската; цвят на маркерите бял.	200	ЕКОСТАЛ ЕООД	ЕРГИН ЕООД

II. Определените за изпълнители участници за „Доставка на медицински изделия, предназначени за имобилизация на пациента при извършване на терапевтично облъчване чрез мултимодален линеен ускорител, по приложена спецификация“ с мотива, че предложените от тях оферти по отделни обособени позиции отговарят на всички изисквания на Закона за обществените поръчки и Възложителя, както следва:

ОП №	наименование на обособената позиция	технически изисквания	Прогнозни количества – брой	ИЗПЪЛНИТЕЛ
1	ОП 1 – Плот за глава, рамена, торакс и малък таз	Да осигурява възможност за провеждане на IMRT; Да предлага решение за лъчеви сеанси на региона глава, рамена, торакс и малък таз; да има съвместимост на прецизно закрепване на предлаганият продукт към плота на масата на линейният ускорител(модел на плота Ibeam evo); да има съвместимост на предлагания продукт с използваните термо маски за фиксиране на пациента в отделението*; да има съвместимост на предлаганият продукт с използваните подложки за глава в отделението*; поне единият предлаган плот да е от карбон.	2	ЕКОСТАЛ ЕООД
2	ОП 2 – Термомаски за прецизна имобилизация при VMAT и IMRT – 4(четири)-точкови;	Система за закачване, съвместима с използваната в отделението по лъчелечение; Дебелина на маските - min 3 mm или с подсилени краища; Температура на приготвяне на маските - min 65°; Build-up на кожа - не по-голяма от 3 mm H2O еквивалент; Фактор на отслабване при енергия 15MV - не повече от 0.6%.	50	КОНСОРЦИУМ ФЕРОМЕД - ТУКУМАН
3	ОП 3 – Термомаски за прецизна имобилизация при VMAT и IMRT – 5(пет)-точкови;	Система за закачване, съвместима с използваната в отделението по лъчелечение; Дебелина на маските - min 3 mm или с подсилени краища; Температура на приготвяне на маските - min 65°; Build-up на кожа - не по-голяма от 3 mm H2O еквивалент; Фактор на отслабване при енергия 15MV - не повече от 0.5%.	100	КОНСОРЦИУМ ФЕРОМЕД - ТУКУМАН
4	ОП 4 – Термомаски за прецизна имобилизация – 3(три)-точкови;	Система за закачване, съвместима с използваната в отделението по лъчелечение; Дебелина на маските - min 2 mm или с подсилени краища; Температура на приготвяне на маските - min 65°; Build-up на кожа - не по-голяма от 2.5 mm H2O еквивалент; Фактор на отслабване при енергия 15MV - не повече от 0.4%.	50	ЕКОСТАЛ ЕООД
5	ОП 5 – Термомаски за прецизна имобилизация 4(четири)-точкови;	Система за закачване, съвместима с използваната в отделението по лъчелечение; Дебелина на маските - min 2 mm или с подсилени краища; Температура на приготвяне на маските - min 65°; Build-up на кожа - не по-голяма от 2.5 mm H2O еквивалент; Фактор на отслабване при енергия 15MV - не повече от 0.4%.	100	КОНСОРЦИУМ ФЕРОМЕД - ТУКУМАН
6	ОП 6 – Термомаски за прецизна имобилизация – 5(пет)-точкови;	Система за закачване, съвместима с използваната в отделението по лъчелечение; Дебелина на маските - min 2 mm или с подсилени краища; Температура на приготвяне на маските - min 65°; Build-up на кожа - не по-голяма от 2.5 mm H2O еквивалент; Фактор на отслабване при енергия 15MV - не повече от 0.4%.	100	ЕКОСТАЛ ЕООД
7	ОП 7 – Термомаски за прецизна имобилизация – 6(шест)-точкови;	Система за закачване, съвместима с използваната в отделението по лъчелечение; Дебелина на маските - min 2 mm или с подсилени краища; Температура на приготвяне на маските - min 65°; Build-up на кожа - не по-голяма от 2.5 mm H2O еквивалент; Фактор на отслабване при енергия 15MV - не повече от 0.4%.	50	ЕКОСТАЛ ЕООД

8	ОП 8 – Рентген контрастни маркери (топчета) за прил при сканиране на пац за лъчелечение, с д-р не по-малко от 2 mm;	да са от материал, който не оставя артефакти по образа при сканиране на компютър томограф(керамика, полимер или друг еквивалентен материал, който да отговаря на това изискване); да имат възможност да се залепват на кожата на пациента или на термомаската; цвят на маркерите бял.	300	ЕКОСТАЛ ЕООД
9	ОП 9 – Рентген контрастни маркери (топчета) за прил при сканиране на пац за лъчелечение, с д-р не по-малко от 4 mm.	да са от материал, който не оставя артефакти по образа при сканиране на компютър томограф(керамика, полимер или друг еквивалентен материал, който да отговаря на това изискване); да имат възможност да се залепват на кожата на пациента или на термомаската; цвят на маркерите бял.	200	ЕКОСТАЛ ЕООД

III. Отстранените участници:

1. „НОВИМЕД“ ООД

Офертата на участника се отстранява от участие в процедурата, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Мотиви:

В представените документи в плик № 1 от офертата на участника, Декларацията – списък на изпълнени доставки (образец № 9) е попълнена с конкретни стойности и крайни дати към общо трима контрагенти, каквото е и изискването за доказване на технически възможности на участника по процедурата, но предметът на всяка една декларирана доставка е формулиран като „доставка на медицински изделия“, от което не става ясно, дали медицинските изделия са сходни с предмета на поръчката. Приложените към декларацията удостоверения за извършени доставки от контрагентите, също не доказват, че доставките са на медицински изделия, предназначени за имобилизация на пациенти.

Участникът е получил екземпляр от Протокол № 1 от заседанието на комисията. В срока, определен от ЗОП, участникът е представил Декларация, с която декларира опит и коректност при изпълнение на доставки на общи медицински изделия, доказано и от приложените към нея удостоверения от търговски контрагенти, но по същество не отстранява несъответствията с критериите за подбор по процедурата. В същата декларация участникът заявява, че до сега не е извършвал доставки на МИ, предназначени за имобилизация на пациента при извършване на терапевтично облъчване чрез мултимодален линеен ускорител, тъй като е сключил договор за дистрибуция на такива МИ едва от началото на 2015 г.

На основание горното и във връзка с изискването по процедурата, участникът да има поне „една изпълнена доставка за период от три години до датата на подаване на офертата, с приложено доказателство за декларираната доставка“, офертата на участника „Новимед“ ООД се отстранява от участие в процедурата, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия и критерии за подбор.

2. КОНСОРЦИУМ „ФЕРОМЕД – ТУКУМАН“

Офертата на участника за обособени позиции №1, №8 и №9 от спецификацията се отстранява от участие в процедурата, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Мотиви:

1. Предлаганият от участника продукт за изпълнение на обособена позиция № 1 – Плот за глава, рамена, торакс и малък таз, не осигурява възможност за „...прецизно закрепване...“, тъй като предлага различна система за окачване, несъвместима с използваните при Възложителя средства за имобилизация на фирмите UNGER и ORFIT;

2. Представените от участника в пликове № 2 от офертата му предложения за изпълнение на обособени позиции №8 – Рентген контрастни

маркери (топчета) за приложение при сканиране на пациентите за лъчелечение, с диаметър не по-малко от 2 mm; и № 9 – Рентген контрастни маркери (топчета) за приложение при сканиране на пациентите за лъчелечение, с диаметър не по-малко от 4 mm, от спецификацията, не са подписани от представляващото го лице. В тези случаи липсва волеизявление на участника и съответно предложение за изпълнение на поръчката в пликите 2 от офертата му по ОП №8 и №9. На основание горното, офертата на участника Консорциум „Феромед-Тукуман“ се отстранява от участие в процедурата по обособени позиции №1, №8 и №9 от спецификацията, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия.

Настоящото ми решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Възложител:
Управител Д-р Христо Дечев Дечев

