

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 30.07.2015 година, в 09.00 часа, в кабинета на управителя на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73, Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, ет. 7, комисия в състав:

Председател: Д-р Анита началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение, „КОЦ-Бургас“ ЕООД;

Членове:

1. Деана Петрова – правоспособен юрист;
2. Минко Коев – старши експерт, Дирекция „ЗПСДТЗС“, Община Бургас;
3. д-р Димчо Динов – лекар в ОАИЛ, „КОЦ-Бургас“ ЕООД;
4. д-р Захарий Нохчев – лекар в ОАИЛ, „КОЦ-Бургас“ ЕООД,

в изпълнение на заповед № 187 от 29.07.2015 година на Управителя на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в обществена поръчка – открита процедура, с предмет: „Доставка, монтаж, предварително изпитване и въвеждане в експлоатация на Наркозен (анестезиологичен) апарат, в комплект с независим газов анализатор, за нуждите на операционната зала към Отделение по онкологична хирургия при „КОЦ-Бургас“ ЕООД, както и обучение на персонала на място и извършване на гаранционен сервиз – комплексно“.

Процедурата е открита с Решение № 26/24.06.2015 г. и публикувано обявление в РОП № 674 352/24.06.2015 г.

На заседанието на комисията присъства г-н Теодор Атанасов Янев, упълномощен представител на фирма „Дрегер медикал България“ ЕООД.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

Председателят и всички членове на комисията, след запознаване със списъка на участниците, подали оферти, попълниха декларации, съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Председателят на комисията докладва, че му е предаден от Възложителя 1 (един) брой запечатан, непрозрачен плик, върху който са отразени: подател, предмет на обществената поръчка, входящ номер, дата и час на внасяне в деловодството на „КОЦ-Бургас“ ЕООД.

Комисията, след като се убеди, че предложението е постъпило в срок, в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, пристъпи към неговото отваряне, при което се констатира:

1. В плик с **вх. № 01/24.07.2015 г.**, депозиран в 13:15 ч. от **„ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 040463419**, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. „Джеймс Баучер“ № 2, представлявано от инж. Евгени Симеонов Панчев – Управител, се съдържа офертата на участника, представена, както следва: плик № 1 – документи за подбор, плик № 2 – предложение за изпълнение на поръчката, плик № 3 – предлагана цена.

Трима от членовете на комисията подписаха плик № 3. След отваряне на плик № 2, трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него.

Водещият заседанието оповести документите и информацията, съдържаща се в плик № 1.

С извършеното комисията приключи публичната част от заседанието си.

След напускането на упълномощения представител на участника, комисията продължи заседанието си. Комисията провери приложените документи в плик № 1 от офертата на участника и установи съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.

Комисията разгледа документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

При извършената проверка за наличието и редовността на представените от участника документи в плик № 1, комисията счита, че същия е представил изискващите се документи, с които доказва съответствието си с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията продължи своята работа по оценяване на предложението за изпълнение на поръчката - плик № 2 от офертата на участника, който отговаря на критериите за подбор на Възложителя.

Участникът предлага да извърши комплексно доставката, монтажа, предварителното изпитване и въвеждането в експлоатация на един брой нов Наркозен (анестезиологичен) апарат, в комплект с независим газов анализатор, с технически характеристики, подробно описани в Таблица 1, както и обучението на персонала на място и извършването на гаранционен сервиз.

№	артикул Технически изисквания	мя рк а	ко ли че се во	предложение за изпълнение на изискванията	
				произ водит ел	технически характеристики
1	<p>НАРКОЗЕН /АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН/ АПАРАТ: Компактен мобилен апарат за инхалационна наркоза на деца и възрастни. Фабрично нов. Съвместим с наличната инсталация за медицински газове, с налягане 5 Атм. и стандарт DIN за куплунгите. Нисък разход на газове и възможност за анестезия в полузатворен режим с нисък поток (Low flow). Декуплиране на свежия газ. Изводи за централно захранване с медицински газове - O₂, въздух и N₂O. Контрол и отчитане на входните налягания. Механичен ротаметричен блок за кислород, стъстен въздух и райски газ. Вграден конфигурируем цветен дисплей за дишателните параметри с диагонал мин. 10,4". Панел за монтиране на два изпарителя и устройство за блокиране на неизползвания в момента изпарител. Автоклавируема компактна, мобилна и отопляема кръгова система, с вместимост без шлангове и без балон, не повече от 1,8 литра. Звукова и визуална аларма при недостиг на O₂, свеж газ, при лекаж или при прекъсване на централното електрическо захранване, съпроводени с обяснителен текст. Групиране на алармените съобщения по приоритет. Електронно контролиран бутален вентилатор, със следните параметри: -Тидален обем при обдишване по обем 20 - 1400 ml; -Дихателна честота: 4 - 60 бр/мин.; -Ti:Te: 4:1 до 1:4; -Pmax - до 70 hPa; -Регулируем РЕЕР в интервала 0 - 20 hPa; -Инспираторна пауза: 0 - 50 %; -Инспираторен поток - макс. 85 л/мин;</p>	бр ой	1	Д Р Е Г Е Р	<p>НАРКОЗЕН /АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН/ АПАРАТ: Fabius® plus XL - Fabius® plus XL е компактен мобилен апарат за</p>

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО РЕДА НА
ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП
И ПОДАДЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ**

-Тригер - 2 до 15 л/мин;
-Инспираторно време в режим SIMV: 0,3 - 4,0 сек.
Регулируем предпазен вентил за свръхналягане. Кислороден байпас.
Система за контрол на кислородната концентрация при работа с райски газ, гарантираща минимум 23,0% кислород в газовата смес.
Система за отвеждане на отработените газове (AGSS).
Автоклавируем канистър за абсорбент на въглероден диоксид (натронкалк), с вместимост минимум 1,5 л. Възможност за надграждане със система за използване на еднократни канистри за абсорбент на въглероден диоксид, с вместимост поне 1,2 л.
Бронхиална аспирация-вакуум, състояща се от вакуумрегулатор и комплект стъкленици.
Режими на обдишване:
-Ръчно/спонтанно,
-Обдишване по обем,
-Обдишване по налягане;
Възможни режими за надграждане:
-Обдишване, подпомагано по налягане-PS
-Синхронизирано обдишване с подпомагане по налягане-SIMV/PS
Автоматичен функционален тест. Автоматично тестване на всички основни системи (вентилатор, кръгова система и др.), както и еластичността и лекажите на пациентната система.
Измерване, контролиране и мониториране на всички основни дихателни параметри: PEAK, PLAT, PEEP, PMEAN, MV, VT и дихателна честота.
Вградена акумулаторна батерия, позволяваща автономна работа до 120 мин.
Режим на готовност (stand-by).
Количка с минимум 2 чекмеджета за аксесоари.
Софтуерно обезпечаване.

АВТОНОМЕН ГАЗОВ МОДУЛ

Възможност за измерване и мониториране на CO₂, N₂O и 5 анестетика.
Метод на измерване - сайдстрийм.
Принцип на измерване - безкосумативна сензорна инфрачервена технология.
Графично изобразяване на кривата на CO₂.
Цифрово изобразяване на инспираторна и експираторна концентрация на CO₂, N₂O и използвания анестетик.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП И ПОДАДЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО РЕДА НА
ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП
И ПОДАДЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ**

Участникът предлага:

- **срок за извършване на доставката и монтажа** от 58 календарни дни (словом: петдесет и осем дни).
- **срок за извършване на обучението на персонала** и въвеждане в експлоатация от 2 работни дни (словом: два работни дни).
- **гаранционен срок** на наркозния (анестезиологичен) апарат, в комплект с независим газов анализатор, от 12 месеца (словом: дванадесет месеца).
- да извършва профилактика на доставения апарат през периода на гаранционната му поддръжка - не по-малко от веднъж на четири месеца.
- при констатиране на повреда, срокът за изясняване характера на същата да бъде в рамките на 48 часа от съобщаването ѝ;
- срокът за отстраняване на повредата в рамките на гаранционния срок, когато се извършва на място, да бъде не повече от три работни дни.
- при отстраняване на дефекти с резервни части, подлежащи на доставка, срокът за отстраняване на повредата се удължава с времето на доставка.

За доказване съответствието на предлагания апарат за изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил изискуемите документи:

1. онагледяващ материал на предлаганото медицинско изделие, в оригинал и официален превод;
2. Декларация за съответствие на апарата с Директива 93/42 ЕЕС, издадена от производителя, в оригинал и в официален превод;
3. Инструкция за работа с апарата, издадена от производителя, в оригинал и в превод.

Приложил е също и Декларация за конфиденциалност на онагледяващия материал и инструкцията за работа, по реда на чл.33, ал.4 от ЗОП.

Комисията счита, че предложението на участника за изпълнение на предмета на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя и допуска офертата на участника до оценяване и класиране.

Съобразно определения от Възложителя **„Критерий за възлагане** - икономически най-изгодна оферта, при следните показатели и тяхната тежест в комплексната оценка на предложенията:

- П1 - Цена в лева, **с включен ДДС** - 60 %;
- П2 - Възможност за електрическо задвижване на вентилатора на анестезиологичния апарат - 20 %;
- П3 - Възможност за декуплиране на вентилатора на анестезиологичния апарат - 10 %;
- П4 - Възможност за софтуерно обезпечаване на анестезиологичния апарат на български език - 10 %

Комисията съставя и подписва Оценителен лист № 1 за предложенията на участника, който прилага към настоящия протокол.

Резултатите от оценяването на показателите, различни от цената, са както следва:

- П2 - Възможност за електрическо задвижване на вентилатора на анестезиологичния апарат - ДА - **20 точки**;
- П3 - Възможност за декуплиране на вентилатора на анестезиологичния апарат - ДА - **10 точки**;

П4 - Възможност за софтуерно обезпечаване на анестезиологичния апарат на български език - ДА - 10 точки.

Комисията приключва настоящото си заседание и насрочва следващото - за отваряне на ценовите предложения - за дата 05.08.2015 г. от 09.00 часа, за което да бъдат уведомени участниците в процедурата.

Комисия: Председател: ..

Членове:

1.

2.

3.

4.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО РЕДА НА ЗЗЛД

/д-р А.Маринова/

/Д.Петрова/

/М.Коев/

/д-р Д.Динов/

/д-р З.Нохчев/

О Ц Е Н И Т Е Л Е Н Л И С Т

№ 01/30.07.2015

За оценка на предложенията на допуснатите участници в открита процедура, с предмет: „Доставка, монтаж, предварително изпитване и въвеждане в експлоатация на Наркозен(анестезиологичен) апарат, в комплект с независим газов анализатор, за нуждите на операционната зала към Отделение по онкологична хирургия при "КОЦ-Бургас" ЕООД, както и обучение на персонала на място и извършване на гаранционен сервис - комплексно".

УЧАСТНИК - ВХ.№ 01/24.07.2015 - ДРЕТЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

1. ПОКАЗАТЕЛ 1 - Цена в лева, с включен ДДС предложение -

$$K1_i = \frac{P_{\min}}{P_i} \times 100 \quad K1_i = \underline{\quad\quad\quad} \times 100 = \underline{\quad\quad\quad}$$

$$П1 = K1_i \times 60 \% = \underline{\quad\quad\quad}$$

2. ПОКАЗАТЕЛ 2 - Възможност за електрическо задвижване на вентилатора на анестезиологичния апарат предложение - ДА

$$П2 = K2_i \times 20 \% = \underline{20 \text{ точки}}$$

3. ПОКАЗАТЕЛ 3 - Възможност за декуплиране на вентилатора на анестезиологичния апарат предложение - ДА

$$П3 = K3_i \times 10 \% = \underline{10 \text{ точки}}$$

4. ПОКАЗАТЕЛ 4 - Възможност за софтуерно обезпечаване на български език предложение - ДА

$$П3 = K4_i \times 10 \% = \underline{10 \text{ точки}}$$

5. КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА: КО = П1 + П2 + П3 + П4

$$КО = \underline{\quad\quad\quad} + \underline{\quad\quad\quad} + \underline{\quad\quad\quad} + \underline{\quad\quad\quad}$$

$$КО = \underline{\quad\quad\quad}$$

Заверяващ	Име, презиме, фамилия	Дата
Председател	Др. Ангела Стефанова Маринюк	30.07.2015
Членове на комисията	1. Десиса Стефанова Стефанова - Сидишова	30.07.2015
	2. Мичко Стефанов Колев	30.07.15
	3. Др. Десиса Стефанова Стефанова	30.07.15
	4. З. Захария Атанасов Нохев	30.07.15

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО РЕДА НА 33 Л Д

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 05.08.2015 година, в 09.00 часа, в „КОЦ-Бургас“ ЕООД, в кабинета на Управителя, на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73, Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, етаж 7, комисия в състав:

Председател: Д-р Анита началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение, „КОЦ-Бургас“ ЕООД;

Членове:

1. Деана Петрова - правоспособен юрист;
2. Минко Коев - старши експерт, Дирекция „ЗПСДТЗС“, Община Бургас;
3. д-р Димчо Динов - лекар в ОАИЛ, „КОЦ-Бургас“ ЕООД;
4. д-р Захарий Нохчев - лекар в ОАИЛ, „КОЦ-Бургас“ ЕООД,

в изпълнение на заповед № 187 от 29.07.2015 година на Управителя на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, се събра да продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка - открита процедура, с предмет: „Доставка, монтаж, предварително изпитване и въвеждане в експлоатация на Наркозен (анестезиологичен) апарат, в комплект с независим газов анализатор, за нуждите на операционната зала към Отделение по онкологична хирургия при „КОЦ-Бургас“ ЕООД, както и обучение на персонала на място и извършване на гаранционен сервиз - комплексно“. Процедурата е открита с Решение № 26/24.06.2015 г. и публикувано обявление в РОП № 674 352/24.06.2015 г.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи присъствието на всички членове на комисията, откри заседанието.

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците или други правоимащи лица.

Комисията отваря ценовото предложение на участника **„ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**.

Ценовата оферта се обявява от председателя и се подписват от трима от членовете на комисията.

Ценовото предложение на участника **„ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД** е оформено съобразно изискванията на Възложителя и е в общ размер на 39 390,00 (тридесет и девет хиляди триста и деветдесет) лв., от които - 390,00 лв. за обучение на персонала.

На основание горното и във връзка с избора от Възложителя критерий за възлагане на поръчката „икономически най-изгодна оферта“, комисията съставя Оценителен лист № 2, който прилага към настоящия протокол.

Съгласно извършената оценка на допуснатата оферта, комисията съставя следното класиране:

Първо място, със 100 (сто) точки - фирма „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

С извършеното класиране, комисията приключва своята работа и предава протоколите от заседанията си и получените оферти на Възложителя - за вземане на решение.

Комисия: Председател:

Членове:

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО РЕДА НА ЗЗЛД

/д-р А. Маринова/

/Д. Петрова/

/М. Коев/

/д-р Д. Динов/

/д-р З. Нохчев/

О Ц Е Н И Т Е Л Е Н Л И С Т

№ 02/05.08.2015

За оценка на предложенията на допуснатите участници в открита процедура, с предмет: „Доставка, монтаж, предварително изпитване и въвеждане в експлоатация на Наркозен(анестезиологичен) апарат, в комплект с независим газов анализатор, за нуждите на операционната зала към Отделение по онкологична хирургия при "КОЦ-Бургас" ЕООД, както и обучение на персонала на място и извършване на гаранционен сервиз - комплексно".

УЧАСТНИК - ВХ.№ 01/24.07.2015 - ДРЕГЕР Медицинска България ЕООД

1. ПОКАЗАТЕЛ 1 - Цена в лева, с включен ДДС предложение - 39 390.00

$$K1_i = \frac{P_{\min}}{P_i} \times 100 \quad K1_i = \frac{39390}{39390} \times 100 = 100$$

$$П1 = K1_i \times 60 \% = 100 \times 60\% = 60 \text{ точки}$$

2. ПОКАЗАТЕЛ 2 - Възможност за електрическо задвижване на вентилатора на анестезиологичния апарат предложение - ДА

$$П2 = K2_i \times 20 \% = 20 \text{ точки}$$

3. ПОКАЗАТЕЛ 3 - Възможност за декуплиране на вентилатора на анестезиологичния апарат предложение - ДА

$$П3 = K3_i \times 10 \% = 10 \text{ точки}$$

4. ПОКАЗАТЕЛ 4 - Възможност за софтуерно обезпечаване на български език предложение - ДА

$$П4 = K4_i \times 10 \% = 10 \text{ точки}$$

5. КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА: $KO = П1 + П2 + П3 + П4$

$$KO = 60 \text{ т.} + 20 \text{ т.} + 10 \text{ т.} + 10 \text{ т.}$$

$$KO = 100 \text{ точки}$$

Заверяващ	Име, презиме, фамилия	Дата
Председател	Д-р Анна Тенчева Маричева	05.08.2015
Членове на комисията	1. Д-р Иван Георгиев Георгиев - Сидимов	05.08.2015
	2. Митко Цветков Коев	05.08.2015
	3. Д-р Димитро Дудев Димитров	05.08.2015
	4. Захарий Анастасов Чахев	5.08.15

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО РЕДА НА 33 ЛД