

## ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 05.05.2016 година, в 09.00 часа в „КОЦ-Бургас“ ЕООД, в кабинета на Управителя на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, на адрес: гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов“ № 73, комисия в състав:

Председател: Дарина Стоянова – главна медицинска сестра, „КОЦ-Бургас“ ЕООД;

Членове:

1. Деана Петрова – правоспособен юрист, по чл.14, ал.5 от ЗОП, действащ към датата на откриване на процедурата – 15.03.2016;
2. Минко Коев – ст.експерт, Дирекция “ЗПСДТЗС” – Община Бургас, по чл.14, ал.5 от ЗОП;
3. Мария Дапчева – старша мед.сестра, ОАИЛ, „КОЦ-Бургас“ ЕООД;
4. Гергана Димитрова – старша мед.сестра, ОЛЛ, „КОЦ-Бургас“ЕООД, в изпълнение на заповед № 088 от 20.04.2016 година на Управителя на “КОЦ-Бургас“ ЕООД, се събра да продължи своята работа по разглеждане на постъпилите оферти за участие в откритата процедура, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **“Доставка и монтаж на болнично обзавеждане, съгласно приложена спецификация”**. Процедурата е открита с Решение № 10/15.03.2016 г., регистринана в АОП под № 00232-2016-0004, публикувано обявление в РОП № 719944/16.03.2016 г.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите. Г-н Минко Коев попълни декларация, съгласно чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки, след запознаване със списъка на участниците, подали оферти, поради отсъствието си от първото заседание на комисията.

Председателят откри заседанието.

На участниците, подали оферти за участие в процедурата, бе изпратен протокол № 1, с констатациите на комисията относно представените от участниците документи в пликове № 1 „Документи за подбор“, тяхната редовност и съответствието им с изискванията на Възложителя. На основание и в срока по чл.68, ал.9 от ЗОП всеки участник можеше да представи липсващи документи или документи, с които да отстрани констатирани несъответствия с критериите за подбор на Възложителя.

В законния срок са постъпили допълнителни документи от участниците ЕТ „ВЕРТИКАЛ-РУСИ МАНОЛОВ“, „ШУМЕЛ-М“ АД, „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД.

Комисията разглежда допълнително представените документи, по реда на постъпването им при Възложителя.

### **1. „ШУМЕЛ-М“ АД**

С писмо вх.№ 113/26.04.2016 г. и в законния срок, участникът е представил заверено копие на валиден сертификат за съответствие със стандарт ISO 9001:2008, издаден на името на участника.

Комисията счита, че представения документ удовлетворява изискванията на Възложителя и допуска офертата на участника до участие в процедурата по офериранияте обособени позиции.

### **2. ЕТ „ВЕРТИКАЛ-РУСИ МАНОЛОВ“**

С писмо вх.№ 114/26.04.2016 г. и в законния срок, участникът е представил допълнителни документи като потвърждение за извършена доставка към контрагент, цитиран в декларация обр.9.

При извършената проверка, комисията счита, че представения документ съответства на изискванията на Възложителя и допуска офертата на участника до участие в процедурата по офериранияте обособени позиции.

### 3. „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД

С писмо вх.№ 117/28.04.2016 г. и в законния срок, участникът е представил липсващите документи – онагледяващ материал на български език за обособените позиции № 1, № 2, № 3.

При извършената проверка, комисията счита, че представените документи съответстват на изискванията на Възложителя и допуска офертата на участника до участие в процедурата по офериранияте обособени позиции.

Комисията пристъпва към разглеждане на **МОСТРИТЕ**, представени от участниците, подали оферти за обособена позиция № 1 от спецификацията, по реда на постъпването им.

#### 1. ЕТ "ВЕРТИКАЛ – РУСИ МАНОЛОВ"

Участникът е представил отделен плик, с надпис „Мостри“. В плика се съдържат 5 броя мостри и списък с описанията им.

Комисията счита, че същите съответстват на изискванията на Възложителя.

#### 2. „ШУМЕЛ – М“ АД

Участникът е представил отделен плик, с надпис „Мостри“. В плика се съдържат 5 броя мостри и списък с описанията им.

Комисията счита, че същите съответстват на изискванията на Възложителя.

#### 3. „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД

Участникът е представил отделен плик, с надпис „Мостри“. В плика се съдържат 5 броя мостри и списък с описанията им.

Комисията счита, че същите съответстват на изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпва към **РАЗГЛЕЖДАНЕ** на предложенията за изпълнение на поръчката – **ПЛИКОВЕ № 2** от офертите на участниците, по обособените позиции, по които ги е допуснала до участие в процедурата.

Разглежда се съответствието им с поставените изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, по реда на постъпването на офертите.

#### 1. ЕТ "ВЕРТИКАЛ – РУСИ МАНОЛОВ"

Участникът оферира изпълнение предмета на поръчката по обособени позиции № 1, № 3, № 4, № 5 и № 6, както следва:

##### 1.1. За ОП № 1 – Болнични легла с матраци и болнични шкафчета:

Изисквания	Предложение за изпълнение на поръчката	
	Производител	Описание на предложеното изделие
<b>Болнично легло</b> Височина от 490 до 520 мм Широчина от 890 до 910 мм Дължина от 2050 до 2150 мм Да бъде изработено от метална конструкция без прахово покритие, с метална мрежа за основа на леглото; Секцията за главата да е механично регулируема във височина на минимум 3 степени; Страничните рамки към главата и към краката да бъдат метални, с табла – от МДФ или друг подобен материал, цветна, в нюанс на кафявата гама, материалът на таблата да позволява дезинфекция; Леглото да бъде на колела, с диаметър не по-малко от 100 мм; на минимум две от колелата да има спиращ механизъм.	Вертикал	Изработено от метална конструкция без прахово покритие, с метална мрежа за основа на леглото; Секцията за главата е механично регулируема във височина на минимум 3 степени; Страничните рамки към главата и към краката са метални, с табла – от МДФ или друг подобен материал, цветна, в нюанс на кафявата гама, материалът на таблата позволява дезинфекция; Леглото е на колела, с диаметър от 125 мм; две от колелата имат спиращ механизъм Височина 500мм; Широчина 900мм; Дължина 2100мм

<p><b>Болнично легло</b>  Височина от 490 до 520 мм  Широчина от 890 до 910 мм  Дължина от 2050 до 2150 мм  Да бъде изработено от метална конструкция без прахово покритие, с метална мрежа за основа на леглото;  Секцията за главата да е механично регулируема във височина на минимум 3 степени;  Страничните рамки към главата и към краката да бъдат метални, с табла - от МДФ или друг подобен материал, цветна, в нюанс на кафявата гама, материалът на таблата да позволява дезинфекция;  Леглото да бъде на колела, с диаметър не по-малко от 100 мм; на минимум две от колелата да има спирачен механизъм;  На леглото да се монтират странични сгъваеми ограничители.</p>	<p>Вертикал</p>	<p>Изработено от метална конструкция без прахово покритие, с метална мрежа за основа на леглото; Секцията за главата - механично регулируема във височина на минимум 3 степени; Страничните рамки към главата и към краката са метални, с табла - от МДФ или друг подобен материал, цветна, в нюанс на кафявата гама, материалът на таблата позволява дезинфекция; Леглото е на колела, с диаметър 125 мм; на две от колелата има спирачен механизъм; На леглото са монтирани странични сгъваеми ограничители.  Височина 500мм; Широчина 900мм; Дължина 2100мм</p>
<p><b>Матрак за болнично легло</b>  Височина от 120 до 150 мм  Широчина от 890 до 910 мм  Дължина от 2050 до 2150 мм  Дунапренов, да е облечен със сменяем калъф от изкуствена кожа - цвят - нюанс на кафявата гама, калъфът да дава възможност за дезинфекция</p>	<p>Вертикал</p>	<p>Дунапренов, облечен със сменяем калъф от изкуствена кожа - цвят - нюанс на кафявата гама, калъфът дава възможност за дезинфекция  Височина 120мм; Широчина 900мм; Дължина 2050мм</p>
<p><b>Болнично шкафче</b>  Височина от 840 до 850 мм  Широчина от 490 до 500 мм  Дължина от 490 до 510 мм  Да бъде изработено от тръбна конструкция, с МДФ страници и плотове в кафявата гама, на колела;  Да има издърпваща се масичка за хранене, едно чекмедже и един шкаф; между чекмеджето и шкафа да има отвор</p>	<p>Вертикал</p>	<p>Изработено от тръбна конструкция, с МДФ страници и плотове в кафявата гама, на колела;  Има издърпваща се масичка за хранене, едно чекмедже и един шкаф; между чекмеджето и шкафа има отвор  Височина 840мм; Широчина 500мм; Дължина 510мм</p>

За ОП № 1 участникът предлага срокове за изпълнение на поръчката:

- за изпълнение на доставката и монтажа: 10 /десет/ календарни дни
- за гаранционен срок - 48 /четиридесет и осем/ месеца.

Комисията счита, че предложението на участника за изпълнение на поръчката по ОП № 1 съответства на изискванията на Възложителя и **допуска офертата до оценяване и класиране по ОП № 1.**

### 1.2. За ОП № 3 - Паравани :

Изисквания	Предложение за изпълнение на поръчката	
	Производител	Описание на предложеното изделие
<p><b>Паравани</b>  Трисекционен; на колела, с диаметър не по-малко от 40 мм. Да бъде изработен от алуминиева или подобна олекотена тръбна конструкция, на три сгъваеми секции, облечени в непрозрачна, огнеупорна и миеща се материя. Височина 1600 - 1900; Дължина 1500 - 1800</p>	<p>Вертикал</p>	<p>Трисекционен, на колела, с диаметър 50 мм. Изработен от алуминиева конструкция, на три сгъваеми секции, облечени в непрозрачна, огнеупорна и миеща се материя.  Височина 1650 ; Дължина 1800</p>

За ОП № 3 участникът предлага срокове за изпълнение на поръчката:

- за изпълнение на доставката и монтажа: 3 /три/ календарни дни
- за гаранционен срок - 36 /тридесет и шест/ месеца.

Комисията счита, че предложението на участника за изпълнение на поръчката по ОП № 3 съответства на изискванията на Възложителя и **допуска офертата до оценяване и класиране по ОП № 3.**

### 1.3. За ОП № 4 - Носилка :

Изисквания	Предложение за изпълнение на поръчката	
	Производител	Описание на предложеното изделие
<p><b>Носилка</b>  Да бъде изработена от антикорозионен метал; без странични парапети; на колела, две от които със спирачки; горната носеща платформа да бъде от неръждаема ламарина, неподвижно закрепена върху горната част на конструкцията на носилката  Височина 640 - 660  Широчина 530 - 560  Дължина 1800 - 1900</p>	<p>Вертикал</p>	<p>Изработена от антикорозионен метал; без странични парапети; на колела, две от които със спирачки; горната носеща платформа е от неръждаема ламарина, неподвижно закрепена върху горната част на конструкцията на носилката;  Височина 660; Широчина 560; Дължина 1900</p>

За ОП № 4 участникът предлага срокове за изпълнение на поръчката:

- за изпълнение на доставката и монтажа: 3 /три/ календарни дни
- за гаранционен срок - 48 /четиридесет и осем/ месеца.

Комисията счита, че предложението на участника за изпълнение на поръчката по ОП № 4 съответства на изискванията на Възложителя и **допуска офертата до оценяване и класиране по ОП № 4.**

#### 1.4. За ОП № 5 – Болнична количка :

Изисквания	Предложение за изпълнение на поръчката	
	Производител	Описание на предложеното изделие
<b>Болнична количка</b> Да бъде изработена от алуминиева конструкция, да бъде на колела, да има и дръжка за придвижване; Да има два плота от неръждаема стомана, под горния плот да има монтирани в единия край две чекмеджета от материал ПДЧ, в цвят нюанс на кафявата гама, а в другия край – подвижно метално легенче; Височина 700 – 720 Широчина 490 – 510 Дължина 800– 810	Вертикал	Изработена от алуминиева конструкция, на колела, има дръжка за придвижване; Два плота от неръждаема стомана, под горния плот има монтирани в единия край две чекмеджета от материал ПДЧ, в цвят нюанс на кафявата гама, а в другия край – подвижно метално легенче; Височина 700; Широчина 500; Дължина 800

За ОП № 5 участникът предлага срокове за изпълнение на поръчката:

- за изпълнение на доставката и монтажа: 3 /три/ календарни дни
- за гаранционен срок – **48 /четиридесет и осем/** месеца.

Комисията счита, че предложението на участника за изпълнение на поръчката по ОП № 5 съответства на изискванията на Възложителя и **допуска офертата до оценяване и класиране по ОП № 5.**

#### 1.5. За ОП № 6 – Стойка подвижна :

Изисквания	Предложение за изпълнение на поръчката	
	Производител	Описание на предложеното изделие
<b>Стойка подвижна с един леген</b> Стоманена конструкция, с пет колела, на едно от колелата да има спирачка, да бъде с регулируема височина до 950 мм, легенът да бъде от неръждаема стомана или алпака, с диаметър от 340-350 мм. Височина 940 – 950	Вертикал	Стоманена конструкция, с пет колела, на едно от колелата има спирачка, регулируема височина до 950 мм, легенът е от неръждаема стомана, с диаметър 350 мм. Височина 940
<b>Стойка подвижна с два легена</b> Стоманена конструкция, с пет колела, на едно от колелата да има спирачка, да бъде с регулируема височина до 950 мм, легените да бъдат от неръждаема стомана или алпака, всеки от легените да бъде с диаметър от 340-350 мм. Височина 940 – 950	Вертикал	Стоманена конструкция, с пет колела, на едно от колелата има спирачка, регулируема височина до 950 мм, легените са от неръждаема стомана, всеки от легените е с диаметър от 350 мм. Височина 950

За ОП № 6 участникът предлага срокове за изпълнение на поръчката:

- за изпълнение на доставката и монтажа: 3 /три/ календарни дни
- за гаранционен срок – **48 /четиридесет и осем/** месеца.

Комисията счита, че предложението на участника за изпълнение на поръчката по ОП № 6 съответства на изискванията на Възложителя и **допуска офертата до оценяване и класиране по ОП № 6.**

## 2. „ШУМЕЛ – М” АД

Участникът оферира изпълнение предмета на поръчката по обособени позиции № 1 и № 6, както следва:

### 2.1. За ОП № 1 – Болнични легла с матраци и болнични шкафчета:

Изисквания	Предложение за изпълнение на поръчката	
	Производител	Описание на предложеното изделие
<b>1.1. Болнично легло.</b> Да бъде изработено от метална конструкция без прахово покритие, с метална мрежа за основа на леглото; Секцията за главата да е механично регулируема във височина на минимум 3 степени; Страничните рамки към главата и към краката да бъдат метални, с табла – от МДФ или друг подобен материал, цветна, в нюанс на кафявата гама, материалът на таблата да позволява дезинфекция; Леглото да бъде на колела, с диаметър не по-малко от 100 мм; на минимум две от колелата да има спирачен механизъм. Размери в мм: Височина 490-520 Широчина 890-910 Дължина 2050-2150	ШУМЕЛ-М АД	1.1. Болнично легло модел БЛ202 Изработено от метална конструкция без прахово покритие, с метална мрежа за основа на леглото; Секцията за главата е механично регулируема във височина на 3 степени; Страничните рамки към главата и към краката са метални, с табла – от МДФ или друг подобен материал, цветна, в нюанс на кафявата гама, материалът на таблата позволява дезинфекция; Леглото е на колела, с диаметър от 120 мм; на две от колелата има спирачен механизъм. Размери в мм: Височина 500; Широчина 910; Дължина 2100

<p><b>1.2. Болнично легло</b>          Да бъде изработено от метална конструкция без прахово покритие, с метална мрежа за основа на леглото; Секцията за главата да е механично регулируема във височина на минимум 3 степени; Страничните рамки към главата и към краката да бъдат метални, с табла – от МДФ или друг подобен материал, цветна, в нюанс на кафявата гама, материалът на таблата да позволява дезинфекция; Леглото да бъде на колела, с диаметър не по-малко от 100 мм; на минимум две от колелата да има спирачен механизъм. На леглото да се монтират странични стъваеми ограничители. Размери в мм: Височина 490-520; Широчина 890-910; Дължина 2050-2150</p>	<p>ШУМЕЛ-М АД</p>	<p>1.2. Болнично легло с перила - модел БЛ202          Изработено от метална конструкция без прахово покритие, с метална мрежа за основа на леглото; Секцията за главата е механично регулируема във височина на 3 степени; Страничните рамки към главата и към краката са метални, с табла – от МДФ или друг подобен материал, цветна, в нюанс на кафявата гама, материалът на таблата позволява дезинфекция; Леглото е на колела, с диаметър от 120 мм; на две от колелата има спирачен механизъм. На леглото са монтирани странични стъваеми ограничители. Размери в мм: Височина 500; Широчина 910; Дължина 2100</p>
<p><b>1.3. Матрак за болнично легло</b>          Дунапренов, да е облечен със сменяем калъф от изкуствена кожа – цвят – нюанс на кафявата гама, калъфът да дава възможност за дезинфекция. Размери в мм: Височина 120-150 Широчина 890-910 Дължина 2050-2150</p>	<p>ШУМЕЛ-М АД</p>	<p>Матрак за болнично легло Дунапренов, облечен със сменяем калъф от изкуствена кожа – цвят – нюанс на кафявата гама, калъфът дава възможност за дезинфекция. Височина 120, Широчина 900; Дължина 2050</p>
<p><b>1.4. Болнично шкафче</b>          Да бъде изработено от тръбна конструкция, с МДФ страници и плотове в кафявата гама, на колела; Да има издърпваща се масичка за хранене, едно чекмедже и един шкаф; между чекмеджето и шкафа да има отвор. Размери в мм: Височина 840-850 Широчина 490-500 Дължина 490-510</p>	<p>ШУМЕЛ-М АД</p>	<p>Болнично шкафче – модел ШП.          Изработено от тръбна конструкция, с МДФ страници и плотове в кафявата гама, на колела; Има издърпваща се масичка за хранене, едно чекмедже и един шкаф; между чекмеджето и шкафа има отвор. Размери в мм: Височина 840; Широчина 500; Дължина 500</p>

За ОП № 1 участникът предлага срокове за изпълнение на поръчката:

- за изпълнение на доставката и монтажа: 45 календарни дни
- за гаранционен срок – 24 месеца.

Комисията счита, че предложението на участника за изпълнение на поръчката по ОП № 1 съответства на изискванията на Възложителя и **допуска офертата до оценяване и класиране по ОП № 1.**

**2.2. За ОП № 6 – Стойка подвижна :**

Изисквания	Предложение за изпълнение на поръчката	
	производител	Описание на предложеното изделие
<p><b>6.1. Стойка подвижна с един леген.</b>            Стоманена конструкция, с пет колела, на едно от колелата да има спирачка, да бъде с регулируема височина до 950 мм, легенът да бъде от неръждаема стомана или алпака, с диаметър от 340-350 мм. Височина 940-950 мм.</p>	<p>ШУМЕЛ-М АД</p>	<p>Стойка подвижна с един леген модел СМ1-Стоманена конструкция, с пет колела, на едно от колелата има спирачка, с регулируема височина до 950 мм, легенът е от неръждаема стомана или алпака, с диаметър от 340-350 мм. Височина 940-950 мм.</p>
<p><b>6.2. Стойка подвижна с два легена.</b>            Стоманена конструкция, с пет колела, на едно от колелата да има спирачка, да бъде с регулируема височина до 950 мм, легените да бъдат от неръждаема стомана или алпака, с диаметър от 340-350 мм. Височина 940-950 мм.</p>	<p>ШУМЕЛ-М АД</p>	<p>Стойка подвижна с два легена модел СМ2 Стоманена конструкция с пет колела, на едно от колелата има спирачка, с регулируема височина до 950 мм, легените са от неръждаема стомана или алпака, с диаметър от 340-350 мм. Височина 940-950 мм.</p>

За ОП № 6 участникът предлага срокове за изпълнение на поръчката:

- за изпълнение на доставката и монтажа: 30 календарни дни;
- за гаранционен срок – 24 месеца.

Комисията установи, че от така представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката по ОП № 6, **НЕ МОЖЕ ДА СЕ УСТАНОВИ** еднозначно с какви точно **РАЗМЕРИ** са предложените от него артикули. Комисията счита, че участникът само е повторил изискванията на Възложителя, без да посочи **КОНКРЕТНИТЕ СИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ** за размерите на предлаганите от него подвижни стойки.

На основание горното, комисията предлага, офертата на участника да бъде отстранена от участие в настоящата процедура по ОП № 6, по реда на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя.

### 3. „СИКОНИКС ГРУП“ ООД

Участникът оферира изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция № 2 – **Диагностични лампи**, както следва:

Изисквания	Предложение за изпълнение на поръчката	
	Производител	Описание на предложеното изделие
<p>Диагностична лампа с насочваща светлина; с халогенен или LED източник на светлината; температура на цвета – от 3000K до 3200K; осветително тяло – не по-малко от 100 мм; с лесно подвижно, флексибилно рамо; със стойка на колела; със захранващ кабел, с дължина не по-малко от 2,50 м; с покритие, което да позволява третиране с дезинфекционни средства.</p>	<p>Wuxu Conform Medical Equipment Co., Ltd.</p>	<p><b>Конструктивни характеристики:</b> *диагностична лампа с насочваща светлина; *светлинен източник вграден в оптична система – LED; *система за регулиране яркостта осигуряваща максимална дълбочина на полето и количеството светлина; *плавна настройка на яркостта; *лесно подвижно, флексибилно рамо; *стойка на колела; *захранващ кабел, с дължина 3 м; *с покритие, което позволява третиране с дезинфекционни средства.</p> <p><b>Параметри на осветителното тяло:</b> *осветително тяло-100мм</p> <p>*интензитет на осветление <math>E \geq 50\ 000\ lx</math></p> <p>*диаметър на осветеното поле <math>\geq \varnothing 180\ mm</math>.</p> <p>*възможност за регулиране на цветната температура в 3 диапазона: 3500 ± 300 K; – 4100 ± 300 K; – 4700 ± 300 K</p> <p>*индекс на цвето предаване <math>Ra \geq 95 \pm 3</math></p> <p>*интензитет на излъчване / осветление <math>\leq 4\ mW/m^2\ lx</math></p> <p>*регулиране на яркостта 50 – 100 %</p> <p><b>Функционални характеристики:</b></p> <p>*експлоатационен живот на осветителното тяло <math>\geq 40\ 000</math> часа; *ниска енергоемкост; *заоблени и гладки повърхности позволяващи бърза и лесна хигиена</p>

За ОП № 2 участникът предлага срокове за изпълнение на поръчката:

- за изпълнение на доставката и монтажа: 44 календарни дни
- за гаранционен срок – 12 месеца.

Комисията счита, че предложението на участника за изпълнение на поръчката по ОП № 2 съответства на изискванията на Възложителя и **допуска офертата до оценяване и класиране по ОП № 2.**

### 4. „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД

Участникът оферира изпълнение предмета на поръчката по обособени позиции № 1, № 2 и № 3, както следва:

#### 4.1. За ОП № 1 – Болнични легла с матраци и болнични шкафчета:

Изисквания	Предложение за изпълнение на поръчката	
	Производител	Описание на предложеното изделие
<p>Болнично легло Височина 490-520 Широчина 890-910 Дължина 2050-2150 Да бъде изработено от метална конструкция без прахово покритие, с метална мрежа за основа на леглото; Секцията за главата да е механично регулируема във височина на минимум 3 степени; Страничните рамки към главата и към краката да бъдат метални, с табла – от МДФ или друг подобен материал, цветна, в нюанс на кафявата гама, материалът на таблата да позволява дезинфекция; Леглото да бъде на колела, с диаметър не по-малко от 100 мм; на минимум две от колелата да има спирачен механизъм.</p>	<p>DOLSAN Турция</p>	<p><b>Болнично легло модел SIMPLE 10</b> Височина 490, ще бъде изработено съгласно спецификацията; Широчина 910, ще бъде изработено съгласно спецификацията; Дължина 2080. Изработено от метална конструкция без прахово покритие, с метална мрежа за основа на леглото; Секцията за главата е механично регулируема във височина на минимум 3 степени; Страничните рамки към главата и към краката са метални, с табла – от МДФ или друг подобен материал, цветна, в нюанс на кафявата гама, материалът на таблата позволява дезинфекция; Леглото е на колела, с диаметър 125 мм; две от колелата имат спирачен механизъм.</p>
<p>Болнично легло-Височина 490-520; Широчина 890-910; Дължина 2050-2150. Да бъде изработено от метална конструкция без прахово покритие, с метална мрежа за основа на леглото; Секцията за главата да е механично регулируема във височина на минимум 3 степени; Страничните рамки към главата и към краката да бъдат метални, с табла – от МДФ или друг подобен материал, цветна, в нюанс на кафявата гама, материалът на таблата да позволява дезинфекция; Леглото да бъде на колела, с диаметър не по-малко от 100 мм; на минимум две от колелата да има спирачен механизъм; На леглото да се монтират странични съгъваеми ограничители.</p>	<p>DOLSAN Турция</p>	<p><b>Болнично легло модел SIMPLE 10</b> Височина 490, ще бъде изработено съгласно спецификацията; Широчина 910, ще бъде изработено съгласно спецификацията; Дължина 2080. Изработено от метална конструкция без прахово покритие, с метална мрежа за основа на леглото; Секцията за главата е механично регулируема във височина на минимум 3 степени; Страничните рамки към главата и към краката са метални, с табла – от МДФ или друг подобен материал, цветна, в нюанс на кафявата гама, материалът на таблата позволява дезинфекция; Леглото е на колела, с диаметър 125 мм; две от колелата да има спирачен механизъм; На леглото има монтирани странични съгъваеми ограничители.</p>

Матрак за болнично легло Височина 120-150 Широчина 890-910 Дължина 2050-2150	DOLSAN Турция	Модел 90104101 Височина 120; Широчина ще бъде изработено съгласно спецификацията и в зависимост от леглото; Дължина ще бъде изработено съгласно спецификацията и в зависимост от леглото; Дунапренов, облечен със сменяем калъф от изкуствена кожа - цвят - нюанс на кафявата гама, калъфът дава възможност за дезинфекция.
Болнично шкафче Височина 840-850 Широчина 490-500 Дължина 490-510 Да бъде изработено от тръбна конструкция, с МДФ страници и плотове в кафявата гама, на колела; Да има издърпваща се масичка за хранене, едно чекмедже и един шкаф; между чекмеджето и шкафа да има отвор.	DOLSAN Турция	Модел 90105201 Болнично шкафче - Височина 840; Широчина 500; Дължина 400. Изработено от тръбна конструкция, с МДФ страници и плотове в кафявата гама, на колела; има издърпваща се масичка за хранене, едно чекмедже и един шкаф; между чекмеджето и шкафа да има отвор.

За ОП № 1 участникът предлага срокове за изпълнение на поръчката:

- за изпълнение на доставката и монтажа: 1 (един) календарен ден
- за гаранционен срок - 32 (тридесет и два) месеца.

Комисията установи, че участникът предлага за изпълнение на поръчката по ОП № 1 - артикул Болнично шкафче, с размер-дължина 400 мм, който не отговаря на изискванията на Възложителя (дължина 490-510 мм) и предлага офертата на участника да бъде отстранена от участие в настоящата процедура по ОП № 1, по реда на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя.

#### 4.2. За ОП № 2 - Диагностична лампа:

Изисквания	Предложение за изпълнение на поръчката	
	Производител	Описание на предложеното изделие
Диагностична лампа с насочваща светлина; с халогенен или LED източник на светлината; температура на цвета - от 3000К до 3200К; осветително тяло - не по-малко от 100 мм; с лесно подвижно, флексибилно рамо; със стойка на колела; със захранващ кабел, с дължина не по-малко от 2,50 м; с покритие, което да позволява третиране с дезинфекционни средства.	Kenxin International Co., Китай	Диагностична лампа с насочваща светлина; с LED източник на светлината; температура на цвета - от 3000К; осветително тяло - 100 мм; с лесно подвижно, флексибилно рамо; със стойка на колела; със захранващ кабел, с дължина 2,50 м; с покритие, което да позволява третиране с дезинфекционни средства.

За ОП № 2 участникът предлага срокове за изпълнение на поръчката:

- за изпълнение на доставката и монтажа: 1 (един) календарен ден
- за гаранционен срок - 32 (тридесет и два) месеца.

Комисията счита, че предложението на участника за изпълнение на поръчката по ОП № 2 съответства на изискванията на Възложителя и **допуска офертата до оценяване и класиране по ОП № 2.**

#### 4.3. За ОП № 3 - Паравани :

Изисквания	Предложение за изпълнение на поръчката	
	Производител	Описание на предложеното изделие
Паравани Височина 1600-1900; широчина x; дължина 1500-1800 Трисекционен; на колела, с диаметър не по-малко от 40 мм. Да бъде изработен от алуминиева или подобна олекотена тръбна конструкция, на три сгъваеми секции, облечени в непрозрачна, огнеупорна и миеща се материя.	DOLSAN Турция	Паравани височина 1700; широчина x; дължина 1800 Трисекционен; на колела, с диаметър не по-малко от 40 мм. Изработен от олекотена тръбна конструкция, на три сгъваеми секции, облечени в непрозрачна, огнеупорна и миеща се материя.

За ОП № 3 участникът предлага срокове за изпълнение на поръчката:

- за изпълнение на доставката и монтажа: 1 (един) календарен ден
- за гаранционен срок - 32 (тридесет и два) месеца.

Комисията установи, че от така представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката по ОП № 3, **НЕ МОЖЕ ДА СЕ УСТАНОВИ** еднозначно с какви точно **РАЗМЕРИ** са колелата на предложението от него параван. Комисията счита, че участникът само е повторил изискванията на Възложителя, без да

посочи КОНКРЕТНОТО СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ за размерите на колелата на предлаганите от него паравани.

На основание горното, комисията предлага, офертата на участника да бъде отстранена от участие в настоящата процедура по ОП № 6, по реда на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя.

На основание извършените действия и спазвайки изискванията за оценка на офертите, утвърдени от Възложителя в Методиката за определяне комплексната оценка на офертите, комисията съставя следната Таблица, съдържаща конкретните предложения на участниците по отделни обособени позиции, чиито оферти е допуснала до оценяване и класиране:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ			
		ЕТ ВЕРТИКАЛ	ШУМЕЛ-М	СИКОНИКС ГРУП	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ
ОП 1 – Болнични легла с матраци и болнични шкафчета	П2 - СРОК ЗА ДОСТАВКА	10 дни	45 дни	x	отстранен
	ОЦЕНКА-Показател 2	$10 : 10 \times 100 =$ 100 т. x 20% П2 = 20	$10 : 45 \times 100 =$ 22,22 т. x 20% = П2 = 4,4		
	П3 - ГАРАНЦИОНЕН СРОК	48 месеца	24 месеца		
	ОЦЕНКА-Показател 3	$48 : 48 \times 100 =$ 100 т. x 10% П3 = 10	$24 : 48 \times 100 =$ 50 т. x 10% П3 = 5		
ОП 2 - Диагностични лампи	П2 - СРОК ЗА ДОСТАВКА	x	x	44 дни	1 ден
	ОЦЕНКА-Показател 2			$1 : 44 \times 100 =$ 2,27 т. x 20% П2 = 0,45	$1 : 1 \times 100 =$ 100 т. x 20% П2 = 20
	П3 - ГАРАНЦИОНЕН СРОК			12 месеца	32 месеца
	ОЦЕНКА-Показател 3			$12 : 32 \times 100 =$ 37,5 т. x 10% П3 = 3,75	$32 : 32 \times 100 =$ 100 т. x 10% П3 = 10
ОП 3 – Паравани	П2 - СРОК ЗА ДОСТАВКА	3 дни	x	x	отстранен
	ОЦЕНКА-Показател 2	$3 : 3 \times 100 =$ 100 т. x 20% П2 = 20			
	П3 - ГАРАНЦИОНЕН СРОК	36 месеца			
	ОЦЕНКА-Показател 3	$36 : 36 \times 100 =$ 100 т. x 10% П3 = 10			
ОП 4 – Носилка	П2 - СРОК ЗА ДОСТАВКА	3 дни	x	x	x
	ОЦЕНКА-Показател 2	$3 : 3 \times 100 =$ 100 т. x 20% П2 = 20			
	П3 - ГАРАНЦИОНЕН СРОК	48 месеца			
	ОЦЕНКА-Показател 3	$48 : 48 \times 100 =$ 100 т. x 10% П3 = 10			
ОП 5 – Болнична количка	П2 - СРОК ЗА ДОСТАВКА	3 дни	x	x	x
	ОЦЕНКА-Показател 2	$3 : 3 \times 100 =$ 100 т. x 20% П2 = 20			
	П3 - ГАРАНЦИОНЕН СРОК	48 месеца			
	ОЦЕНКА-Показател 3	$48 : 48 \times 100 =$ 100 т. x 10% П3 = 10			



ОП 6 – Стойка подвижна	П2 - СРОК ЗА ДОСТАВКА	3 дни	отстранен	x	x
	ОЦЕНКА-Показател 2	$3 : 3 \times 100 =$ 100 т. x 20% П2 = 20			
	П3 - ГАРАНЦИОНЕН СРОК	48 месеца			
	ОЦЕНКА-Показател 3	$48 : 48 \times 100 =$ 100 т. x 10% П3 = 10			

Комисията определя дата, час и място за отваряне ценовите оферти на участниците по обособените позиции, по които са допуснати до оценяване и класиране – 18.05.2016 година, от 09.00 часа, в кабинета на Управителя на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, в гр. Бургас, бул. Стефан Стамболов” № 73, Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, етаж 7.

Комисия:

Председател:

(Д. Стоянова)

Членове:

(Д. Петрова)

(М. Коев)

(М. Далчева)

(Г. Димитрова)

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ  
ПО РЕДА НА ЗЗЛД

### ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 18.05.2016 година, в 09:00 часа, в „КОЦ-Бургас“ ЕООД, на адрес гр.Бургас, бул.“Стефан Стамболов” № 73, в Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, ет.7, комисия в състав:

Председател: Дарина Стоянова - главна медицинска сестра, „КОЦ-Бургас“ ЕООД;  
Членове:

1. Деана Петрова - правоспособен юрист, по чл.14, ал.5 от ЗОП, действащ към датата на откриване на процедурата - 15.03.2016;
2. Минко Коев - ст.експерт, Дирекция "ЗПСДТЗС" - Община Бургас, по чл.14, ал.5 от ЗОП;
3. Мария Далчева - старша мед.сестра, ОАИЛ, „КОЦ-Бургас“ ЕООД;
4. Гергана Димитрова - старша мед.сестра, ОЛЛ, „КОЦ-Бургас“ЕООД,

в изпълнение на заповед № 088 от 20.04.2016 година на Управителя на "КОЦ-Бургас" ЕООД, се събра да продължи своята работа по оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в откритата процедура, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **"Доставка и монтаж на болнично обзавеждане, съгласно приложена спецификация"**. Процедурата е открита с Решение № 10/15.03.2016 г., регистринана в АОП под № 00232-2016-0004, публикувано обявление в РОП № 719944/16.03.2016 г.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците или други правоимащи лица.

**I.** Комисията пристъпва към отваряне на ценовите предложения на участниците по обособените позиции, по които ги е допуснала до оценяване и класиране, по реда на постъпване на офертите.

#### **1. ЕТ „ВЕРТИКАЛ - РУСИ МАНОЛОВ“ - оферта с вх.№ 01/19.04.2016 г.**

Офертата на участника е допусната до оценяване и класиране по обособени позиции №1, №3, №4, №5 и №6.

Комисията отваря пликове № 3 от офертата за всяка отделна обособена позиция и трима от членовете ѝ подписват ценовите предложения, съдържащи се в тях. Председателят на комисията обявява ценовите предложения на участника, които са, както следва:

- За ОП № 1 - общо 17 952,00 лв.;
- За ОП № 3 - общо 950,40 лв.;
- За ОП № 4 - 834,00 лв.;
- За ОП № 5 - общо 1 123,20 лв.;
- За ОП № 6 - общо 1 339,20 лв.

#### **2. „ШУМЕЛ - М“ АД - оферта с вх.№ 02/19.04.2016 г.**

Офертата на участника е допусната до оценяване и класиране по обособена позиция № 1.

Комисията отваря плик № 3 от офертата за тази обособена позиция и трима от членовете ѝ подписват ценовото предложение, съдържащо се в него.

Председателят на комисията обявява ценовото предложение на участника, което е, както следва:

- За ОП № 1 - 15 836,20 лв.

**3. „СИКОНИКС ГРУП“ ООД – оферта с вх.№ 03/20.04.2016 г.**

Офертата на участника е допусната до оценяване и класиране по обособена позиция № 2.

Комисията отваря плик № 3 от офертата за тази обособена позиция и трима от членовете ѝ подписват ценовото предложение, съдържащо се в него.

Председателят на комисията обявява ценовото предложение на участника, което е, както следва:

- За ОП № 2 – 3 480,00 лв.

**4. „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД – оферта с вх.№ 04/20.04.2016 г.**

Офертата на участника е допусната до оценяване и класиране по обособена позиция №1.

Комисията отваря плик № 3 от офертата за тази обособена позиция и трима от членовете ѝ подписват ценовото предложение, съдържащо се в него.

Председателят на комисията обявява ценовото предложение на участника, което е, както следва:

- За ОП № 2 – 1600,00 лв.

**II.** Спазвайки изискванията за оценка на офертите, утвърдени от Възложителя в Методиката за определяне комплексната оценка на офертите, комисията съставя следната Таблица, съдържаща конкретните ценови предложения на участниците по отделни обособени позиции, по които офертите им са допуснати до оценяване и класиране, и изчислява оценките им :

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ			
		ЕТ ВЕРТИКАЛ	ШУМЕЛ-М	СИКОНИКС ГРУП	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ
ОП 1 – Болнични легла с матраци и болнични шкафчета	П1 - Обща стойност за обособената позиция	<b>17952,00 лв.</b>	<b>15836,20 лв.</b>	x	<i>отстранен</i>
	ОЦЕНКА-Показател 1	15836,20 : 17952,00 x 100 = 88,21т. x 70% <b>П1 = 61,75</b>	15836,20 : 100т. x 70% <b>П1 = 70</b>		
ОП 2 - Диагностични лампи	П1 - Обща стойност за обособената позиция	x	x	<b>3480,00 лв.</b>	<b>1600,00 лв.</b>
	ОЦЕНКА-Показател 1			1600,00 : 3480,00 x 100 = 45,98 т. x 70% <b>П1 = 32,19</b>	1600,00 : 1600,00 x 100 = 100 т. x 70% <b>П1 = 70</b>
ОП 3 – Паравани	П1 - Обща стойност за обособената позиция	<b>950,40 лв.</b>	x	x	<i>отстранен</i>
	ОЦЕНКА-Показател 1	950,40 : 950,40 x 100 = 100 т. x 70% <b>П1 = 70</b>			
ОП 4 – Носилка	П1 - Обща стойност за обособената позиция	<b>834,00 лв.</b>	x	x	x
	ОЦЕНКА-Показател 1	834,00 : 834,00 x 100 = 100 т. x 70% <b>П1 = 70</b>			
ОП 5 – Болнична количка	П1 - Обща стойност за обособената позиция	<b>1123,20 лв.</b>	x	x	x
	ОЦЕНКА-Показател 1	1123,20 : 1123,20 x 100 = 100 т. x 70% <b>П1 = 70</b>			
ОП 6 – Стойка подвижна	П1 - Обща стойност за обособената позиция	<b>1339,20 лв.</b>	<i>отстранен</i>	x	x
	ОЦЕНКА-Показател 1	1339,20 : 1339,20 x 100 = 100 т. x 70% <b>П1 = 70</b>			

**III.** На основание извършеното оценяване в настоящото и предходното заседание и в съответствие с утвърдената от Възложителя Методика за определяне комплексната оценка на офертите, комисията пристъпва към определяне на КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА на офертите на участниците по всяка отделна обособена позиция, като за целта съставя следната Таблица:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	ИНДИВИДУАЛНИ ОЦЕНКИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ			
		ЕТ ВЕРТИКАЛ	ШУМЕЛ-М	СИКОНИКС ГРУП	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ
ОП 1 – Болнични легла с матраци и болнични шкафчета	П1 - ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ	61,75	70,00	x	отстранен
	П2 - СРОК ЗА ДОСТАВКА	20,00	4,44		
	П3 - ГАРАНЦИОНЕН СРОК	10,00	5,00		
	$КО = П1 + П2 + П3$	<b>90,75</b>	<b>79,44</b>		
ОП 2 - Диагностични лампи	П1 - ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ	x	x	32,19	70,00
	П2 - СРОК ЗА ДОСТАВКА			0,45	20,00
	П3 - ГАРАНЦИОНЕН СРОК			3,75	10,00
	$КО = П1 + П2 + П3$			<b>36,39</b>	<b>100,00</b>
ОП 3 – Паравани	П1 - ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ	70,00	x	x	отстранен
	П2 - СРОК ЗА ДОСТАВКА	20,00			
	П3 - ГАРАНЦИОНЕН СРОК	10,00			
	$КО = П1 + П2 + П3$	<b>100,00</b>			
ОП 4 – Носилка	П1 - ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ	70,00	x	x	x
	П2 - СРОК ЗА ДОСТАВКА	20,00			
	П3 - ГАРАНЦИОНЕН СРОК	10,00			
	$КО = П1 + П2 + П3$	<b>100,00</b>			
ОП 5 – Болнична количка	П1 - ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ	70,00	x	x	x
	П2 - СРОК ЗА ДОСТАВКА	20,00			
	П3 - ГАРАНЦИОНЕН СРОК	10,00			
	$КО = П1 + П2 + П3$	<b>100,00</b>			
ОП 6 – Стойка подвижна	П1 - ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ	70,00	отстранен	x	x
	П2 - СРОК ЗА ДОСТАВКА	20,00			
	П3 - ГАРАНЦИОНЕН СРОК	10,00			
	$КО = П1 + П2 + П3$	<b>100,00</b>			

**IV.** На основание така определените комплексни оценки на офертите на участниците по отделни обособени позиции, комисията извършва следното **КЛАСИРАНЕ**:

**1. За ОП № 1 – Болнични легла с матраци и болнични шкафчета:**

- на ПЪРВО МЯСТО – ЕТ „ВЕРТИКАЛ – РУСИ МАНОЛОВ“ – с комплексна оценка на офертата от 90,75 точки;
- на ВТОРО МЯСТО – „ШУМЕЛ – М“ АД – с комплексна оценка на офертата от 79,44 точки.

**2. За ОП № 2 - Диагностични лампи:**

- на ПЪРВО МЯСТО - „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД - с комплексна оценка на офертата от 100,00 точки;
- на ВТОРО МЯСТО - „СИКОНИКС ГРУП“ ООД - с комплексна оценка на офертата от 36,39 точки.

**3. За ОП № 3 - Паравани:**

- на ПЪРВО МЯСТО - ЕТ „ВЕРТИКАЛ - РУСИ МАНОЛОВ“ - с комплексна оценка на офертата от 100,00 точки.

**4. За ОП № 4 - Носилка:**

- на ПЪРВО МЯСТО - ЕТ „ВЕРТИКАЛ - РУСИ МАНОЛОВ“ - с комплексна оценка на офертата от 100,00 точки.

**5. За ОП № 5 - Болнична количка:**

- на ПЪРВО МЯСТО - ЕТ „ВЕРТИКАЛ - РУСИ МАНОЛОВ“ - с комплексна оценка на офертата от 100,00 точки.

**6. За ОП № 6 - Стойка подвижна:**

- на ПЪРВО МЯСТО - ЕТ „ВЕРТИКАЛ - РУСИ МАНОЛОВ“ - с комплексна оценка на офертата от 100,00 точки.

С извършеното класиране комисията приключва своята работа и предава на Възложителя протоколите от заседанията си и получените оферти от участниците - за вземане на решение за определяне на изпълнители.

Комисия:

Председател:

Членове:

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ  
ПО РЕДА НА ЗЗЛД**

/ Д. Стоянова /

/ Д. Петрова /

/ М. Коев /

/ М. Далчева /

/ Г. Димитрова /