

РЕШЕНИЕ

№ 16 / 31.05.2016 г.

**за класиране на участниците
и определяне на изпълнител на обществена поръчка**

На основание чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗОП и протоколи от 11.05.2016 г.; 20.05.2016 г.; 30.05.2016 г. на комисия, назначена със заповед № 108/10.05.2016 г., за провеждане на открита процедура по ЗОП, с предмет „Доставка, монтаж, предварително изпитване и въвеждане в експлоатация на автоматичен хематологичен анализатор, за нуждите на Клинична лаборатория при “КОЦ-Бургас” ЕООД, както и обучение на персонала на място и извършване на гаранционен сервиз – комплексно“.

Процедурата е открита с Решение № 11/28.03.2016 г., регистрирана в АОП под № 00232-2016-0005, публикувано обявление в РОП № 722 791/28.03.2016 г., с предварителен № в ОВ на ЕС 20160328-005757(16-113744-001) и рег. № 2016/S 065-112083/02.04.2016 г.

ОБЯВЯВАМ

I. Класираният на първо място участник за извършване на „Доставка, монтаж, предварително изпитване и въвеждане в експлоатация на автоматичен хематологичен анализатор, за нуждите на Клинична лаборатория при “КОЦ-Бургас” ЕООД, както и обучение на персонала на място и извършване на гаранционен сервиз – комплексно” – **„МЕДИЛАБ – С” ООД.**

II. Определеният за изпълнител участник – **„МЕДИЛАБ – С” ООД.**

III. Отстранени участници:

1. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Мотиви:

Предложението на участника за изпълнение на поръчката – плик № 2 от офертата му, **НЕ ОТГОВАРЯ** на минималните технически изисквания по спецификацията, за следните параметри на предлагания от участника апарат:

1. Едновременно зареждане на минимум 60 проби – участникът е предложил апарат, който позволява едновременно зареждане на 50 проби;
2. Необходимото количество проба за работа на анализатора да бъде:
 - 2.1. максимум 20 микролитра – за изработване на кръвна картина с диференциално броене – предложени от участника 180 микролитра;
 - 2.2. максимум 12 микролитра – за изработване само на кръвна картина – предложени 180 микролитра;
 - 2.3. максимум 20 микролитра – за разреждана проба – предложени 40 микролитра.
3. Апаратът да поддържа архив за минимум 80 000 пациентски проби, с включени скатерграми и хистограми – предложен архив за максимум 40 000 проби;
4. Линейност на измерване на левкоцити без предварителна разрежка: от 0 до минимум $300 \times 10^9/L$ – апаратът, предложен от участника, осигурява линейност от $0-250 \times 10^9/L$.

5. Линейност на измерване на тромбоцити без предварителна разредка: от 0 до минимум $3000 \times 10^9/L$ - апаратът, предложен от участника, осигурява линейност от $0-2000 \times 10^9/L$.

На основание горното, офертата на участника се отстранява от участие в настоящата процедура, по реда на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя.

2. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Мотиви:

предложението на участника за изпълнение на поръчката - плик № 2 от офертата му, **НЕ ОТГОВАРЯ** на минималните технически изисквания по спецификацията, за следните параметри на предлагания от участника апарат:

1. Едновременно зареждане на минимум 60 проби - участникът е предложил апарат, който позволява едновременно зареждане на 54 проби;

2. Линейност на измерване на левкоцити без предварителна разредка: от 0 до минимум $300 \times 10^9/L$ - апаратът, предложен от участника, осигурява линейност от 0.0 до $299.0 \times 10^9/L$.

5. Линейност на измерване на тромбоцити без предварителна разредка: от 0 до минимум $3000 \times 10^9/L$ - апаратът, предложен от участника, осигурява линейност от 0.0 до $2999.0 \times 10^9/L$.

На основание горното, офертата на участника се отстранява от участие в настоящата процедура, по реда на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя.

Настоящото ми решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, с адрес: бул. Витоша № 18; гр.София; пк 1000; тел.02 9884070; факс 029807315; е.поща: crcadmin@crc.bg; интернет адрес: <http://www.crc.bg>.

Подаване на жалби - съгласно чл.120, ал.5, т.4 от ЗОП - в 10-дневен срок от получаване на решението за избор на изпълнител.

На основание чл.73, ал.4 и при спазване изискванията на чл.73, ал.3 от ЗОП, настоящото ми решение да се публикува в Профила на купувача заедно с протоколите на комисията и в същия ден да се изпрати до участниците в процедурата.

Възложител

Управител:



.....
г-р Христо Дечев Дечев