

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 06.03.2017 година, в 09:00 часа, в „КОЦ-Бургас“ ЕООД, на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73, Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, ет. 7, с продължения на 10.03.2017 г. и 21.03.2017 г., комисия в състав:

Председател: д-р Ясен Грънчаров - началник Отделение по образна диагностика, „КОЦ-Бургас“ ЕООД;

Членове:

1. Деана Петрова - правоспособен юрист, по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП;
2. Минко Коев - старши експерт, Дирекция „ЗПСДТЗС“, Община Бургас, по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП,

в изпълнение на заповед № 037 от 13.02.2017 година на Управителя на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, се събра да продължи своята работа по разглеждане на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка - открит процедура, с предмет: **„Доставка на нова дигитализираща система за маммографски и конвенционални изображения за нуждите на Отделение по образна диагностика в „КОЦ-Бургас“ ЕООД“**.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

На първото си заседание, комисията е констатирала, че участниците „СОЛОМЕД“ ЕООД, „ДИАГОНАЛ“ ООД, „МЕДИКОМ 2000“ ООД и „ФАРКОЛ“ АД следва да представят допълнителни документи, подробно описани в Протокол № 1 от 14.02.2017г., който им беше изпратен на 22.02.2017 г.

На основание и в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП, на участниците беше дадена възможност да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

1. С плик **вх.№ 053 от 24.02.2017 г.**, подаден в предвидения от закона срок, участникът **„МЕДИКОМ 2000“ ООД** представя Декларация-списък на всички задължени лица.

При извършената проверка, комисията установи: От представената Декларация-списък на всички задължени лица е видно, че управителят е единственото лице, с правомощия за дейността на дружеството, изискуеми по ЗОП и ППЗОП. Комисията счита, че представената информация в заявлението за участие е пълна и участникът отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от Възложителя.

Комисията допуска офертата на „МЕДИКОМ 2000“ ООД до оценяване и класиране.

2. С плик **вх.№ 054 от 24.02.2017 г.**, подаден в предвидения от закона срок, участникът **„ДИАГОНАЛ“ ООД** представя нов ЕЕДОП на участника.

При извършената проверка, комисията установи: представеният ЕЕДОП е съставен в съответствие с всички изисквания на ЗОП и Възложителя. Представената информация е пълна, участникът отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично състояние.

Комисията допуска офертата на „ДИАГОНАЛ“ ООД до оценяване и класиране.

3. С писмо **вх.№ 055 от 27.02.2017 г.**, подадено в предвидения от закона срок, участникът **„СОЛОМЕД“ ЕООД** представя Декларация-списък на всички

задължени лица от **"СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР" ЕООД**, посочен като трето лице в офертата на участника.

При извършената проверка, комисията установи: От приложената Декларация-списък на всички задължени лица е видно, че управителите, подписали ЕЕДОП на третото лице на участника, са единствените, с правомощия за дейността на дружеството, изискуеми по ЗОП и ППЗОП. Представената информация в заявлението за участие е пълна. Участникът отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от Възложителя.

Комисията допуска офертата на "СОЛОМЕД" ЕООД до оценяване и класиране.

4. С писмо **вх.№ 057 от 01.03.2017 г.**, подадено в предвидения от закона срок, участникът **"ФАРКОЛ" АД** представя: нов Опис на представените документи, нов ЕЕДОП на участника, ЕЕДОП на трето лице и декларация образец 2, подписана от третото лице, с приложени документи.

При извършената проверка, комисията установи:

- представеният от участника ЕЕДОП е подписан от представляващите го лица, съдържа цялата необходима информация за доказване на липсата на основания за отстраняване, а за съответствие с критериите за подбор участникът е посочил, че ще ползва и ресурсите на трето лице, различно от посоченото в първоначално подадените документи за участие в процедурата;

- представеният ЕЕДОП на третото лице е подписан съгласно изискванията на ЗОП, съдържа необходимата информация за доказване липсата на основания за отстраняване и всички необходими данни, за доказване съответствието с изискванията за технически и професионални способности.

По този начин, представената информация в заявлението за участие става пълна, а участникът отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от Възложителя.

Комисията допуска офертата на "ФАРКОЛ" АД до оценяване и класиране.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците, които е дала до участие в процедурата. Разглежда се съответствието им с поставените изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, по реда на постъпването на офертите.

1. „СОЛОМЕД“ ЕООД – оферта вх.№ 01/13.02.2017 г.

Участникът е представил техническото си предложение, с приложени към него: изискуемите от Възложителя декларации; декларация от производителя за техническите параметри на предлаганото медицинско оборудване – в оригинал и в превод; онагледяващи материали от стр.1 до стр.30; декларация за CE-маркировка; шест броя декларации за съответствие.

За изпълнение на предмета на поръчката участникът предлага:

- да достави фабрично ново медицинско оборудване, с технически характеристики, описани в Таблица за съответствие. Оборудването не е било демонстрационно и не е рециклирано. Предлаганите от него изделия и компоненти, за които Възложителят е изискал, притежават CE-mark/Директива 93/42/ЕЕС, нанесена върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ.

- да извърши комплексно целия предмет на обществената поръчка, в срок от 40 дни от датата на сключване на договора.

- да достави медицинското оборудване в срок до 30 дни от датата на сключване на договора.

- срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване да бъде 5 дни след доставката.

- да осигури обучение на персонала, в срок от 5 дни след доставката и монтажа.
- да осигури гаранционно обслужване на доставеното оборудване от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция - до 24 часа.
- гаранционният срок да бъде 12 месеца от датата на инсталиране и въвеждане в експлоатация, като ще включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка. По време на гаранционния срок - да поправя възможните повреди и да извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя и приложимата нормативна уредба. Валидността на предложението е до 31.05.2017 г.

Комисията установи:

1. Участникът не е представил превод на български език на онагледяващите материали от стр.27 до стр.30 включително, каквото изискване Възложителят е поставил в документацията по процедурата;
 2. Шестте броя копия на оригиналните декларации за съответствие, представени от участника, не са заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат на участника, каквото изискване Възложителят е поставил в документацията по процедурата;
 3. В документацията по процедурата Възложителят е изискал: „Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация - **официални документи от производителя** относно техническите характеристики на изделията, съставляващи медицинското оборудване.“. Участникът не е представил официални документи от производителя за изделията с № 2.2 и с № 3.2. от таблицата за съответствие към техническото си предложение. За тези изделия, участникът се е позовал само и единствено на данни от онагледяващите материали.
- Комисията счита, че така оформено, предложението на участника за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя и предлага офертата му да бъде отстранена от процедурата на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП.**

2. „ДИАГОНАЛ“ ООД - оферта вх.№ 02/13.02.2017 г.

Участникът е представил техническото си предложение, с приложени към него: изискуемите декларации по образци на Възложителя; копие на декларация от производителя за възможностите на предлаганите от тях продукти - в оригинал и в превод; онагледяващи материали за два отделни дигитайзера на английски език и в превод; онагледяващи материали общо - от стр.86 до стр.114; декларация за CE-маркировка.

За изпълнение на предмета на поръчката участникът предлага:

- да достави фабрично ново медицинско оборудване, с технически характеристики, описани в Таблица за съответствие. Оборудването не е било демонстрационно и не е рециклирано. Предлаганите от него изделия и компоненти, за които Възложителят е изискал, притежават CE-mark/Директива 93/42/ЕЕС, нанесена върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ.
- да извърши комплексно целия предмет на обществената поръчка, в срок от 40 дни от датата на сключване на договора.
- да достави медицинското оборудване в срок до 40 дни от датата на сключване на договора.
- срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване да бъде до 5 дни след доставката.
- да осигури обучение на персонала, в срок от 5 дни след доставката и монтажа.

- да осигури гаранционно обслужване на доставеното оборудване от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция - до 24 часа.

- гаранционният срок да бъде 12 месеца от датата на инсталиране и въвеждане в експлоатация, като ще включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка. Гаранционният срок на фосфорните касети да бъде 3 години или 300 000 цикъла „четене/триене“, в зависимост от това, което настъпи първо.

По време на гаранционния срок - да поправя възможните повреди и да извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя и приложимата нормативна уредба.

Валидността на предложението е до 31.05.2017 г.

Участникът е представил техническото си предложение, с приложени към него всички изискуеми документи.

Комисията установи:

1. Описанието на предмета на поръчката, вписано в Обявлението - АОП № 766 011/12.01.2017 г., е формулирано от Възложителя като: „Доставка, монтаж, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация, включително гаранционен сервиз на една нова дигитализираща система за мамографски и конвенционални изображения, за нуждите на Отделение по образна диагностика в „КОЦ-Бургас“ ЕООД. ...“. Срокът за изпълнение на поръчката е вписан в документацията по процедурата като: „общо за доставка и въвеждане в експлоатация - до 40 дни след датата на сключване на договора, ...“.

Участникът е посочил общ срок за комплексно изпълнение на предмета на поръчката от 40 дни. В същото време е посочил, че ще извърши само доставката на медицинското оборудване в същия срок - до 40 дни. След извършване на доставката е предложил да извърши въвеждане в експлоатация в срок до 5 дни и да обучи персонала в срок от 5 дни.

Видно от гореизложеното, най-дългият възможен срок за комплексно изпълнение предмета на поръчката, предложен от участника, възлиза на общо 45 дни (ако достави оборудването на 40-тия ден и го въведе в експлоатация на 5-тия ден), което надвишава изискуемия от Възложителя срок за изпълнение от 40 дни.

2. Възложителят е изискал в документацията по процедурата: „Страниците на онагледяващите документи да бъдат номерирани, а номерата на съответните страници да се впишат в техническото предложение.“.

Участникът е номерирал страниците на онагледяващите документи, но не ги е посочил в техническото си предложение - в таблицата за съответствие. По този начин, комисията няма възможност да установи, дали посочените от участника параметри на предлаганото оборудване, съответстват на данни, съдържащи се в допълнителните документи, приложени към техническото му предложение.

3. Участникът е приложил онагледяващи материали на два различни модела дигитайзер, въпреки че в техническото си предложение е посочил, че ще изпълни предмета на поръчката само с единия от тях, като се е позовал на технически параметри за различни компоненти от оборудването и от двете брошури.

4. В документацията по процедурата Възложителят е изискал: „Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация - **официални документи от производителя** относно техническите характеристики на изделията, съставляващи медицинското оборудване.“.

Единственият документ, издаден от производителя, копие на който е представено от участника, не обхваща всички технически характеристики на изделията, съставляващи медицинското оборудване.

Комисията счита, че така оформено, предложението на участника за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя и

предлага офертата му да бъде отстранена от процедурата на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП.

3. „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД – оферта вх.№ 03/13.02.2017 г.

Участникът е представил техническото си предложение, с приложени към него: изискуемите от Възложителя декларации; спецификация за техническите параметри на предлаганото медицинско оборудване – в оригинал и в превод; онагледяващи материали от стр.5 до стр.24; декларация за CE-маркировка; копие на валиден сертификат на производителя за система за пълно осигуряване на качеството; една декларация за съответствие.

За изпълнение на предмета на поръчката участникът предлага:

- да достави фабрично ново медицинско оборудване, с технически характеристики, описани в Таблица за съответствие. Оборудването не е било демонстрационно и не е рециклирано. Предлаганите от него изделия и компоненти, за които Възложителят е изискал, притежават CE-mark/Директива 93/42/ЕЕС, нанесена върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ.

- да извърши комплексно целия предмет на обществената поръчка, в срок от 40 дни от датата на сключване на договора.

- да достави медицинското оборудване в срок до 40 дни от датата на сключване на договора.

- срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване да бъде до 5 дни след доставката.

- да осигури обучение на персонала, в срок от 5 дни след доставката и монтажа.

- да осигури гаранционно обслужване на доставеното оборудване от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция – до 24 часа.

- гаранционният срок да бъде 12 месеца от датата на инсталиране и въвеждане в експлоатация, като ще включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.

По време на гаранционния срок – да поправя възможните повреди и да извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя и приложимата нормативна уредба.

Валидността на предложението е до 31.05.2017 г.

Участникът е представил техническото си предложение, с приложени към него допълнителни и онагледяващи документи.

Комисията установи:

1. Описанието на предмета на поръчката, вписано в Обявлението, е формулирано от Възложителя като: „Доставка, монтаж, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация, включително гаранционен сервиз на една нова дигитализираща система за мамографски и конвенционални изображения, за нуждите на Отделение по образна диагностика в „КОЦ-Бургас“ ЕООД. ...“. Срокът за изпълнение на поръчката е вписан в документацията по процедурата като: „... – общо за доставка и въвеждане в експлоатация – до 40 дни след датата на сключване на договора, ...“.

Участникът е посочил общ срок за комплексно изпълнение на предмета на поръчката от 40 дни. В същото време е посочил, че ще извърши само доставката на медицинското оборудване в същия срок – до 40 дни. След извършване на доставката е предложил да извърши въвеждане в експлоатация в срок до 5 дни и да обучи персонала в срок от 5 дни.

Видно от гореизложеното, най-дългият възможен срок за комплексно изпълнение предмета на поръчката, предложен от участника, възлиза на общо 45 дни (ако достави оборудването на 40-тия ден и го въведе в експлоатация на 5-тия ден), което надвишава изискуемия от Възложителя срок за изпълнение от 40 дни.

2. В документацията по процедурата Възложителят е изискал: „Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация – **официални документи от производителя** относно техническите характеристики на изделията, съставляващи медицинското оборудване.“.

Към предложението си за изпълнение на поръчката участникът е представил номерирани страници с №№ 1,2,3,4, съответно на английски и български език, в които са описани техническите характеристики на предлаганото от него медицинско оборудване. В таблицата за съответствие участникът навсякъде се е позовал само и единствено на информацията, съдържаща се в (както е записал) „спецификация стр.1“ и спецификация стр.2“.

Страниците на български език – №3 и №4, са заверени с „Вярно с оригинала“, както е и изискването на Възложителя.

Страниците №1 и №2, които са на английски език, обаче, не съдържат нито име и фамилия на съставилото ги лице, нито подпис, нито печат на производителя.

Комисията счита, че липсват представени от участника официални документи от производителя относно техническите характеристики на изделията, съставляващи медицинското оборудване, тъй като стр.1 и стр.2, приложени към предложението на участника за изпълнение на поръчката, не могат да бъдат възприети като „...официални документи от производителя...“.

Комисията счита, че така оформено, предложението на участника за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя и предлага офертата му да бъде отстранена от процедурата на основание чл.107, т.2, б.„а“ от ЗОП.

4. „МЕДИКОМ 2000“ ООД – оферта с вх.№ 04/13.02.2017 г.

Участникът е представил техническото си предложение, с приложени към него: изискуемите от Възложителя декларации; два броя декларации от производителя за техническите параметри на предлаганото медицинско оборудване – в оригинал и в превод; онагледяващи материали от стр.18 до стр.61; декларация за CE-маркировка.

За изпълнение на предмета на поръчката участникът предлага:

– да достави фабрично ново медицинско оборудване, с технически характеристики, описани в Таблица за съответствие. Оборудването не е било демонстрационно и не е рециклирано. Предлаганите от него изделия и компоненти, за които Възложителят е изискал, притежават CE-mark/Директива 93/42/ЕЕС, нанесена върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ.

– да извърши комплексно целия предмет на обществената поръчка, в срок от 40 дни от датата на сключване на договора.

– да достави медицинското оборудване в срок до 20 дни от датата на сключване на договора.

– срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване да бъде до 15 дни след доставката.

– да осигури обучение на персонала, в срок от 5 дни след доставката и монтажа.

– да осигури гаранционно обслужване на доставеното оборудване от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция – до 24 часа.

– гаранционният срок да бъде 12 месеца от датата на инсталиране и въвеждане в експлоатация, като ще включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.

По време на гаранционния срок – да подравя възможните повреди и да извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя и приложимата нормативна уредба.

Валидността на предложението е до 31.05.2017 г.

Участникът е представил техническото си предложение, с приложени към него всички изискуеми документи.

Комисията установи:

В документацията по процедурата Възложителят е изискал: „Предложенията трябва да са придружени с **пълна и изчерпателна** техническа документация – официални документи от производителя относно техническите характеристики на изделията, съставляващи медицинското оборудване.“.

Участникът е представил два броя декларации от производителя за техническите параметри на предлаганото медицинско оборудване – в оригинал и в превод, каквото е и изискването на Възложителя. В тези декларации липсват, обаче, данни за компютъра и диагностичния монитор от диагностичната лекарска работна станция. За техническите характеристики на тези изделия участникът се е позовал само на онагледяващите материали от стр.30, стр.41, стр.44 и стр.46, т.е. липсват изискуемите „официални документи от производителя относно техническите характеристики“ на тези изделия.

Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на възложителя и предлага офертата му да бъде отстранена от процедурата на основание чл.107, т.2, б.„а“ от зоп.

5. „ФАРКОЛ“ АД – оферта вх.№ 05/13.02.2017 г.

Участникът е представил техническото си предложение, с приложени към него: пълномощно на лицето, което подава офертата и което не е законният представител на участника; изискуемите от Възложителя декларации; два броя декларации за CE-маркировка; седем комплекта онагледяващи материали, всеки номериран от стр.1.

За изпълнение на предмета на поръчката участникът предлага:

- да достави фабрично ново медицинско оборудване, с технически характеристики, описани в Таблица за съответствие. Оборудването не е било демонстрационно и не е рециклирано. Предлаганите от него изделия и компоненти, за които Възложителят е изискал, притежават CE-mark/Директива 93/42/ЕЕС, нанесена върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ.

- да извърши комплексно целия предмет на обществената поръчка, в срок от 40 дни от датата на сключване на договора.

- да достави медицинското оборудване в срок до 30 дни от датата на сключване на договора.

- срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване да бъде 5 дни след доставката.

- да осигури обучение на персонала, в срок от 5 дни след доставката и монтажа.

- да осигури гаранционно обслужване на доставеното оборудване от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция – до 24 часа.

- гаранционният срок да бъде 12 месеца от датата на инсталиране и въвеждане в експлоатация, като ще включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка. По време на гаранционния срок – да поправя възможните повреди и да извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя и приложимата нормативна уредба.

Валидността на предложението е до 31.05.2017 г.

Участникът е представил техническото си предложение, с приложени към него всички изискуеми документи.

Комисията установи:

1. В таблицата за съответствие:

1.1. Участникът е вписал, че оферираният от него дигитайзер може да предложи:

- времеви цикъл от 50 секунди;
 - време за визуализация на образ от касета 35x43 на управляващия компютър от 30 секунди;
 - цифрови нива на градация 4096,
- като е цитирал документ за доказване на съответствието „CR30-Xm Цифров преобразувател – стр.4”.

Цитираните от участника технически данни не се съдържат в посочения от него документ.

1.2. Участникът е предложил да изпълни поръчката за „UPS устройство ≥1500 VA” към Диагностичната работна станция – лекарска от спецификацията с „UPS устройство 500 VA”, което не отговаря на изискването на Възложителя: „Предлаганото медицинско оборудване трябва да отговаря напълно на изискванията, описани в Техническата спецификация или да притежава по-добри параметри ...”.

2. В документацията по процедурата Възложителят е изискал: „Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация – **официални документи от производителя** относно техническите характеристики на изделията, съставляващи медицинското оборудване.”.

Към предложението си за изпълнение на поръчката участникът не е представил нито един документ, подписан и подпечатан от производителя на медицинското оборудване, а се е позовал само на данни, съдържащи се в онагледяващите документи.

Комисията счита, че липсват представени от участника официални документи от производителя относно техническите характеристики на изделията, съставляващи медицинското оборудване. Брошурите/онагледяващите документи, приложени към предложението на участника за изпълнение на поръчката, не могат да бъдат възприети от комисията като „...официални документи от производителя...”.

3. Участникът е посочил в Декларация обр.8, че срокът на валидност на офертата му е до 30.05.2017 г., който не съответства на минималния срок, изискуем от Възложителя – 31.05.2017 г.

Комисията счита, че така оформено, предложението на участника за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя и предлага офертата му да бъде отстранена от процедурата на основание чл.107, т.2, б.“а” от ЗОП.

Комисията приключва настоящото си заседание и съставя доклад, който предава ведно с протоколите от заседанията си и получените документи от участниците на Възложителя – за вземане на решение.

Комисия:

Председател:

Членове:

/д-р Я.Грънчаров/

/Д.Петрова/

/М.Коев/

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
на осн. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД