

Изх. № 361/ 21.03.2018 г.

До: Всички заинтересовани лица

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация“ - РОП № 00232-2018-0002

Във връзка с постъпило на 19.03.2018 г. запитване от заинтересовано лице, подадено на основание и в срока чл.33, ал.1 от ЗОП, предоставям следното разяснение, в изпълнение изискванията на чл.33, ал.2 от ЗОП:

Въпрос: 1. Относно обособена позиция № 1 „Общомедицински консумативи“

Съгласно спецификацията в обособена позиция N:1 „Общомедицински консумативи“ са групирани повече от 60% от необходимите медицински консумативи за цялата болница, като самите те са от доста различни направления, като се започне от санитарно - хигиенни материали (лигнин, памук, дезинфекциращ сапун), превръзки и памперси, премина се през нестерилни и стерилни ръкавици, Специализиран медицински консумативи като Разтвор на N30 1000 и 3000 мл за иригация по време на операция в пластмасова бутилки, Нормокалоричен разтвор за лечебно ентерално хранене без фибри, 200 тl, Затварящо приспособление за Екофлакоии - триъгълна форма с отчупваща се дръжка, Специализирани инфузионни системи и Еластомерни помпи за прилагане на цитостатици и се стигне до Инфузионни системи за използване с налични инфузионни помпи на фирма Б.Браун.

Независимо от цитирания във Вашата документация текст за приемане на „алтернативни предложения“ за цитираните по-горе инфузионни помпи това е практически невъзможно тъй като само и единствено фирма Б.Браун предлага инфузионни системи съвместими с техните инфузионни помпи.

За поредна година в така оформената спецификация, дори и на пръв поглед прави впечатление дословно преписване на описанието на медицинските изделия от информационните материали предоставяни от фирма Б. Браун и респективно до изпълнение на тази поръчка биха се допуснали единствено и само търговски фирми, които са упълномощени да предлагат продуктите на фирма Б. Браун.

Изискването за комплексност при доставката на консумативите от тази позиция, ограничава възможността за участие на по-тясно специализираните фирми директни представители на производителите (примерно предлагащи само ръкавици или само превръзочни консумативи или само катетри) на по конкурентни цени.

Във връзка с гореизложеното ограничаващо условие ще допуснете ли възможност за оферирание ред по ред от Техническата Спецификация по Поз.1? Отпадане на необходимостта от прекупуване на дадени консумативи за да се постигне изискваната комплексност, както и възможността за участие на други производители, неминуемо ще доведе до инономисване между 5 и 15% от заложените суми по отделните компоненти.

Отговор: Възложителят, след като взе предвид изложеното от заинтересованото лице, предприема разделяне на обособена позиция № 1 от спецификацията на две самостоятелни ОП:

- № 1 - Общомедицински консумативи и
 - № 1а - Консумативи за инфузомати модел "BRAUN fmS",
- за което ще се публикува Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и променена документация.

Формираната нова ОП № 1а ще съдържа само медицински изделия/консумативи, предназначени за работа на посочените инфузомати, с които разполага Възложителят. И за двете новосъздадени ОП се запазва изискването за комплексно изпълнение.

Новоформираната ОП № 1 е създадена по този начин, тъй като става въпрос за доставка на общомедицински консумативи, използвани в дейността на всички медицински структури на Възложителя. Комплексното предложение е необходимо, за да се гарантира избор на изпълнител за доставка на всички номенклатури МК, включително и на тези с малки прогнозни количества, които не биха представлявали особен интерес за участниците.

За всяка отделна номенклатура от ОП № 1 съществува възможност за представяне на алтернативни предложения от участниците, което не ограничава по никакъв начин свободната конкуренция.

Възложителят няма да допусне оферирание по отделни номенклатури МК от ОП № 1 и № 1а.

Въпрос: Относно обособена позиция № 16 „Медицински изделия за осигуряване на постоянен венозен достъп за химиотерапия“

В спецификацията по обособена позиция №16, „Медицински изделия за осигуряване на постоянен венозен достъп за химиотерапия“ за Имплантируемите портове е заложена отново „комплексно“ оферирание на Титаниеви и Полисулфонатни портове (без титаниева камера), докато в спецификацията на НЗОК се дава възможност това да бъдат отделни позиции. Преди години Полисулфонатните портове се предлагаха на по-ниски цени, докато в момента някои производители предлагат тези полисулфонатни портове с вградена титаниева камера за самото лекарство, което е съществено предимство, без това да се отразява на крайната цена. Респективно това изискване за липса на титаниева камера в полисулфонатните портове ограничава участието дори за титаниевите портове и необходимите консумативи. Независимо, че тези консумативи се заплащат от бюджета на НЗОК, а не конкретно от бюджета на болницата/ наличието на конкурентна възможност би довело до реализиране на съответни икономии във всеки един аспект.

В тази връзка Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите ще допусне ли оферта за цялата позиция, ако Полисулфоновите портове бъдат с Титаниева камера. Бихте ли допуснали оферирание ред по ред за отделните видове портове и игли за тази обособена позиция.

Отговор: В документацията по процедурата Възложителят е записал: „Предлаганите от участниците медицински изделия с №1, №2 и №3 от ОП №16 от спецификацията и от ОП №17 и №18, да са включени съответно в Група 17 и в Група 19 от **„Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, ...**, в сила от 01 януари 2018г.“ (на Интернет адрес: <https://www.nhif.bg/page/1467>).“

В тази връзка:

Няма да се допусне оферта за цялата позиция, ако Полисулфоновите портове бъдат с Титаниева камера;

Няма да се допусне оферирание ред по ред за отделните видове портове и игли за тази обособена позиция.

На основание чл.33, ал.4 от ЗОП настоящото разяснение да се публикува в Профила на купувача, на адрес: <http://onkobs.bg/?p=5164>.

21.03.2018 г.

Гр.Бургас

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Управител д-р Христо Дечев Дечев

