


ДО



П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с необходимостта от пазарно проучване на предлагането на Система за ПЕТ/КТ изследване, Ви представям настоящата Покана за представяне на предварителна оферта за доставка на системата, с посочване на следните параметри:

1. Технически характеристики на предлаганата от Вас Система за ПЕТ/КТ изследване:

- Детекторна система - лутеций базирана, корекция за time of Flight, размер на аксиално поле на скениране, сензитивност, други показатели;

- КТ - брой срезове, мощност и напрежение на генератора, минимално време на ротация, други показатели;

- ПЕТ/КТ - интегрирана в общо гентри, пациентна маса с равен плот за скениране на пациенти за лъчетерапия и компютърна система, размер на отвора на гентритото, товароносимост на пациентната маса, диапазон на хибридно сканиране, предлагани аксесоари за позициониране/комфорт на пациента, хоризонтален обхват на скениране;

Плотът на масата да е съвместим с наличните пациентски маси, ibeam EVO на линейните ускорители в Отделение по лъчелечение;

- Операторска конзола - брой предлагани медицински монитори с размер и разделителна способност, възможност за интерком-връзка на командно и работно помещение, предлагани софтуерни възможности, други показатели.

2. Предлаганата ПЕТ/КТ система:

- да предлага пълна съвместимост и синхронизация с наличната вътрешно болнична мрежа за лъчелечение - MOSAIQ 2.64.2.1. или нова онкологична информационна система с 3 станции;

- да дава възможност за независимо функциониране на КТ;

- да дава възможност за радиотерапевтично планиране;

- да е окомплектована с фантоми за контрол на качеството на апарата и източник за калибриране на апарата;

- наличие на автоматичен диспенсър за дозиране на радиофармацевтиците и автоматичен инжектор за инжектиране на пациента.

3. Моля, офертата Ви да включва:

- прогнозна стойност на предлаганата апаратура;

- прогнозен срок за доставка;

- прогнозен срок за монтаж, инсталация, предварителни тестове;

- гаранционен срок на апарата - не по-малък от 24 месеца, по изискване на финансираща институция;

- необходимост от авансово плащане - не повече от 20%, по изискване на финансираща институция;

- обучение за работа с предлаганата апаратура;

- прогнозна месечна стойност на следгаранционен сервиз на апаратурата.

С уважение:
Проф. д-р Христо Стоянов Бозов
Управител на „КОЦ-Бургас“ ЕООД

