

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС" ЕООД

Бургас 8000

Бул. „Демокрация“ № 86

Управител:

056/86-64-02

Гл. счетоводител:

056/86-64-04

факс:

056/85-98-30

УТВЪРДИЛ УПРАВИТЕЛ:
ПРОФ. Д-Р ХРИСТО СТОЯНОВ БОЗОВ

ДАТА:

28.09.2018 г.

ДОКЛАД

по чл.103, ал.3 от ЗОП

За резултатите от работата на комисията, назначена със заповед № 255 от 31.08.2018 година на Управлятеля на "КОЦ-Бургас" ЕООД, за провеждане на открита процедура, с предмет: „**Доставка на нов автоматичен тъканен процесор – хистокинет, за програмируема обработка на хистологични тъкани в областта на патологията**“.

Процедурата е регистрирана в АОП под № 00232-2018-0005, открита с:

- Решение № 23/20.07.2018 г., РОП № 859 197, публикувано в РОП на 26.07.2018 г.,
- Обявление в РОП № 859 198, публикувано в РОП на 26.07.2018 г. и в ОВ на ЕС на 26.07.2018 г. под № 2018/S 142-324280.

1. Състав на комисията:

Председател: д-р Ярослава Маринчева – лекар в Отделение по клинична патология, "КОЦ-Бургас" ЕООД;

Членове:

1. Деана Петрова – правоспособен юрист, по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП;
2. Минко Коев – старши експерт, Дирекция "ЗПСДТЗС", Община Бургас, по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.

2. Комисията е назначена със заповед № 255/31.08.2018 г. Съставът на комисията, първоначално определените със заповедта срокове и задачите на комисията не са измененияни.

3. Работата на комисията протече при спазване изискванията на ЗОП и ППЗОП в три последователни заседания.

На първото си заседание, на което не присъстваха представители на участниците или други правоимащи лица, комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки на участниците по реда на постъпване на офертите им, оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията подписаха всяко от техническите предложения на отделните участници и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията продължи своята работа за проверка на съответствието на приложените документи и описаните от участниците, след което извърши и проверка за съответствие с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от Възложителя. Комисията установи несъответствия на информацията в представените от участниците документи за участие и ги посочи в протокола, като го изпрати до участниците в деня на публикуването

му в Профил на купувача. Действията на комисията и констатациите ѝ са подробно описани в Протокол № 1 от 31.08.2018, приложен към настоящия Доклад.

На второто си заседание комисията извърши разглеждане на допълнително представените документи от участниците, установи отстраняване на несъответствията в първоначално представените документи и допусна офертите им до оценяване и класиране. След това извърши подробно проучване на техническите им предложения по реда на постъпване на офертите им и проверка за съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията установи, че техническото предложение на единия от участниците не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. Комисията извърши оценяване на техническите преимущества на предлаганото медицинско оборудване от другия – допуснатия участник, съгласно одобрената от Възложителя Методика за комплексна оценка на офертата. Действията и констатациите на комисията са подробно описани в Протокол № 2 от 12.09.2018 г., приложен към настоящия Доклад.

На третото си заседание Комисията отвори, оповести и подписа ценовото предложение на допуснатия участник и извърши оценка и класиране, спазвайки избрания от Възложителя критерий за възлагане на обществената поръчка – икономически най-изгодна оферта при оптимално съотношение качество/цена. Действията на комисията са подробно описани в Протокол № 3 от 27.09.2018 г., приложен към настоящия Доклад.

4. Участници в процедурата, подали опаковки, с документи за участие:

- „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с входящ № 01/29.08.2018 г., която е постъпила в 09:45 часа;
- НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ, с входящ № 02/30.08.2018, която е постъпила в 09:45 часа.

5.1. На 31.08.2018 г., в 09:00 часа, на адрес: гр. Бургас, бул.“Стефан Стамболов” № 73, Хирургичен корпус на УМБАЛ-Бургас АД, ет. 7, ст.3, се проведе **първото заседание** на комисията. На заседанието не присъстваха представители на участниците или други правоимащи лица. Председателят на комисията получи с Приемо-предавателен протокол от служител на КОЦ-Бургас два броя запечатани непрозрачни опаковки и Опис на участниците, подали документи за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, изброени в т.4.

В изпълнение изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации, относно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.52 от ППЗОП.

Комисията, след като се убеди, че предложенията са постъпили в срок, в запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост, пристъпи към тяхното отваряне, по реда на постъпването им при Възложителя. За всяка отделна подадена опаковка Комисията провери за и установи наличието на запечатан плик, с надпис „Предлагани ценови параметри“. След това членовете на комисията подписаха техническите предложения, ведно с документите, приложени към тях, и пликовете „Предлагани ценови параметри“ на всеки от участниците. Комисията извърши разглеждане на документите на участниците за съответствие с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от Възложителя и установи несъответствие на информацията в представените документи и от двамата участници. На основание и в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП, на участниците беше дадена възможност да представят документи, с които да отстраният констатираните несъответствия.

Протоколът от заседанието на комисията беше изпратен на участниците в деня на публикуването му в Профил на купувача – на 03.09.2018 г.

5.2. На 12.09.2018 г., от 10:00 часа, на същия адрес, се проведе второто заседание на комисията.

Комисията разгледа допълнително представените от участниците документи по реда на постъпването им при възложителя, установи съответствието им с критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от Възложителя и допусна оферти им до участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците за изпълнение на поръчката. Разглежда се съответствието им поставените изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, по реда на постъпване на оферти. **Комисията установи:**

5.2.1. за участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - оферта вх.№ 01/29.08.2018 г., 09:45 часа:

Участникът е представил техническото си предложение, с приложени към него всички изискуеми документи, които съответстват на поставените изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката.

За изпълнение на поръчката, участникът предлага да извърши доставка на Автоматичен тъканен процесор – хистокинет марка Leica, модел Leica HistoCore PEARL, производител Leica Biosystems, Година на производство: 2018. Предлага да извърши комплексно целия предмет на поръчката, в срок от общо до 90 (деветдесет) календарни дни от датата на сключване на договора, в който срок:

- да достави и монтира медицинското оборудване за до 85 (осемдесет и пет) календарни дни от датата на сключване на договора;
- да извърши въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване и да осигури обучение на персонала на Възложителя в срок до 5 (пет) дни след доставката и монтажа.

Предлага гаранционният срок да бъде 24 (двадесет и четири) месеца от датата на въвеждане в експлоатация. Предложението му е валидно до 02.03.2019г.

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя, извърши оценяване на техническите преимущества на предлаганото от него медицинско оборудване, съгласно одобрената от Възложителя Методика за комплексна оценка на оферти.

Предложените от участника технически характеристики на предлаганото от него оборудване са оценени, както следва:

Оценявани технически преимущества по методика	Предложение на участника	Присъдена оценка от комисията
T _{x1} – Капацитет на камерата за обработка на материали	Камера за обработка на материали с правоъгълно сечение, от неръждаема стомана, с капацитет от 200 стандартни хистологични касети. Зареждането с касети се извършва в кошница от неръждаема стомана 2бр. по 100 касети всяка	10 т.
T _{x2} – Брой фабрично зададени програми (протоколи) без възможност за корекция	3 бр. фабрично зададени и предварително валидириани програми, без възможност за корекция	10 т.
T _{x3} - Брой програми за свободно конфигуриране	10 бр. програми с 14 стъпки и възможност за свободно конфигуриране на: време, температура, реактив, вакуум/налягане	10 т.
T _{x4} - Електронна система за управление на реактивите, следяща тяхното качеството в зависимост от следните критерии:	<p>Електронна система за управление на реактивите, следяща тяхното качеството в зависимост от следните критерии:</p> <ul style="list-style-type: none">- Брой преминали касети- Брой цикли на обработка- Брой дни от последната смяна	10 т.

Комисията допусна оферата му до оценяване и класиране с **обща оценка на техническите характеристики** на предлаганото медицинско оборудване **от 40 точки**.

5.2.2. за участника **НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ** - оферта вх.№ 02/30.08.2018, 09:45 часа:

Участникът оferира доставка на автоматичен тъканен процесор – хистокинет, техническата спецификация на който е посочил като конфиденциална информация с подадената Декларация обр.2 от документацията.

Предлага да извърши комплексно целия предмет на поръчката, в срок от общо **70** календарни дни от датата на сключване на договора, в който срок:

- да достави и монтира медицинското оборудване за **30** календарни дни от датата на сключване на договора;
- да извърши въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване и да осигури обучение на персонала на Възложителя в срок от **5** дни след доставката и монтажа. **Комисията установи**, че предложените срокове за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката не формират общия срок, предложен от участника, за изпълнение на договора.

Предлага гаранционният срок да бъде 24 (двадесет и четири) месеца от датата на въвеждане в есплоатация. Предложението му е валидно до 02.03.2019г.

Техническото предложение на участника е окомплектовано с допълнителни документи, при разглеждането и обсъждането на които, **КОМИСИЯТА УСТАНОВИ**:

- В документацията по процедурата Възложителят е изискал да се представи към техническото предложение: „5.7.6. В случай, че участникът не е производител, той трябва да приложи **ОТОРИЗАЦИЯ** от производителя на хистокинета за правото на търговия на територията на цялата страна. Оторизации, издадени от лица, различни от производителя, няма да се приемат, а оферата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата по реда на чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.“.

Участникът **не е представил, т.е. липсва оторизационен документ**.

- В документацията по процедурата Възложителят е изискал да се представи към техническото предложение: „5.7.7. Декларация – свободен текст, за осигуряване извършването на гаранционната поддръжка на предлаганото от тях оборудване от оторизиран от производителя сервиз, разположен на територията на РБългария. В декларацията да се посочат данни за документа за оторизиране, местонахождението на сервиза, телефон за контакт и друга полезна информация, по преценка на участника. Да се представи в оригинал.“

В представената от участника Декларация **липсват конкретни данни за „документа за оторизиране, местонахождението на сервиза, телефон за контакт и друга полезна информация, по преценка на участника“, т.е. липсва коректно попълнена и представена Декларация.**

- Представената от участника Декларация за съответствие с изискванията на Директива 93/42/EЕС, издадена от производителя, е само на английски език, а в документацията по процедурата е вписано „Документите в оферата да се представят като оригинали и заверени от участника копия (ако не е посочено друго изискване), на български език и в превод.“.

Комисията счита, че представеното от участника техническо предложение не съответства на изискванията на Възложителя и **предлага участникът да бъде отстранен от процедурата на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

Комисията приключи заседанието си и насрочи следващото – за отваряне на ценовото предложение на участника, допуснато до оценяване и класиране – за дата 27.09.2018 г. от 09:00 часа, за което участниците бяха уведомени чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача – изх. № 983 / 21.09.2018 г.

5.3. На 27.09.2018 г., от 09:00 часа, на същия адрес, се проведе третото заседание на комисията.

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците или други правоимащи лица. Комисията отвори ценовото предложение на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, чиято оферта е допусната до оценяване и класиране.

Ценовата оферта се обяви от председателя и се подписа от членовете на комисията.

Извърши се разглеждане на представеното ценово предложение на участника за съответствие с изискванията, поставени от Възложителя. Комисията установи, че ценовото предложение на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е оформено съобразно изискванията на Възложителя и е в общ размер - 56 568,00 лева.

Предложената цена е определена в пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и се оцени от комисията с 60 точки.

На основание горното, във връзка с избрания от Възложителя критерий за възлагане на поръчката „Икономически най-изгодна оферта при оптимално съотношение качество/цена“, комисията извърши комплексно ОЦЕНЯВАНЕ на офартата на участника, съобразно утвърдената Методика за определяне на КО. Приложи се формулата $Ko = P_d + T_x$, от където $Ko = 60 \text{ т.} + 40 \text{ т.} = 100 \text{ точки}$.

Комисията **КЛАСИРА** на **Първо място** офертата на фирма „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с комплексна оценка от 100 точки.

6. Комисията извърши класирането, съобразно избрания от Възложителя критерий „Икономически най-изгодна оферта при оптимално съотношение качество/цена“, както следва:

на Първо място офертата на фирма „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с комплексна оценка на офертата от 100 точки.

МОТИВИ: Участникът отговаря на критериите за подбор и изискванията за лично състояние, поставени от Възложителя, представил е оферта, която съответства напълно на всички изисквания по процедурата. Предложената от него цена за изпълнение предмета на поръчката е икономически най-изгодна, въз основа на показателя «оптимално съотношение качество/цена».

7. Предложение за отстраняване на участници и мотиви:
Комисията предлага участникът **НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ** да бъде отстранен от процедурата на основание чл.107, т.2, б.“а” от ЗОП.
Мотиви: подробно описани в т.5.2.2. от настоящия Доклад – Техническото му предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя.

8. Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник – фирма „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

9. В настоящата процедура не са изисквани и не са представяни мостри.

Със съставянето на настоящия Доклад, съгласно изискванията на чл.103, ал.3 и по реда на чл.60 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед № 255 от 31.08.2018 година, за провеждане на открита процедура, с предмет: „Доставка на нов автоматичен тъканен процесор – хистокинет, за програмируема

обработка на хистологични тъкани в областта на патологията" приключи своята работа в определения от Възложителя срок.

Към Доклада са приложени всички документи, съставени в хода на работата на комисията - протоколи № 1, № 2 и № 3 от заседанията ѝ.

На основание чл.106, ал.1 от ЗОП настоящият Доклад се представя на Възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване на 28.09.2018 година.

Комисия:

Председател

д-р Я.Маринчева/

Членове:

д. Петрова/

М. Коев/

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО РЕДА НА ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП,
ВЪВ ВР.С ЧЛ.2 И ЧЛ.23 ОТ ЗЗЛД**