

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС" ЕООД

Бургас  
Бул. Демокрация № 86

Управител:  
Гл. счетоводител:  
факс:

056 /86-64-02  
056 /86-64-04  
056 /85-98-30

**РЕШЕНИЕ**

**№ 33 / 31.10.2018 г.**

По чл. 22, ал.1, т.8, във връзка с чл.108, т.4 от ЗОП  
за прекратяване на процедура

Възложителят - „Комплексен онкологичен център - Бургас“ ЕООД,  
чрез управителя си проф.д-р Христо Стоянов Бозов,

на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП и утвърден на 30.10.2018 г. Доклад за резултатите от работата на Комисия, назначена със заповед № 295 от 15.10.2018 г., за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „**Доставка на нова едноканална електрохирургична система за фузия на съдове и тъкани, с комплект инструменти за конвенционална хирургия, за нуждите на Отделение по онкологична хирургия в „КОЦ-Бургас“ ЕООД**“,

регистрирана в АОП под № 00232-2018-0009,  
открита с Решение № 27/03.09.2018 г., РОП № 866 118,  
публикувано на 07.09.2018 г., Обявление в РОП № 866 119, публикувано в РОП на 07.09.2018 г. и в ОВ на ЕС на 07.09.2018 г.под № 2018/S 172-389976,

**1. ПРЕКРАТЯВА**

откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП.

**Мотиви:** В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е подадена само една оферта и тя е неподходяща.

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на предварително обявените условия и изискванията на Възложителя, описани подробно в Доклада за резултатите от работата на комисията, назначена за провеждане на процедурата, утвърден на 30.10.2018 г. Офертата на участника е отстранена от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.“а” от ЗОП, като неотговарящи на предварително обявените условия за представяне.

**2. ОБЯВЯВА**

**ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ**, както следва:

„**ЕСР**“ ЕООД - на основание чл.107, т.2, б.“а” от ЗОП.

**Мотиви:** Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на Възложителя.

Предложените от участника срокове за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката - за доставка и за въвеждане в експлоатация, след обучение на персонала, съответно 45 и 5 дни, аритметично не потвърждават предложенията от него общ срок за комплексно изпълнение на предмета на поръчката от 45 календарни дни.

В приложената Таблица за съответствие към техническото предложение:

- на редове 1.4.3.; 1.4.4.; 1.4.5 участникът не е посочил точно какъв вид индикатори има контролният панел(т.1.4.) на предлагания от него ЕХГенератор, а просто е повторил/копирал изискването на Възложителя.
- на ред 1.8.3. участникът е посочил текст, от който не става ясно какви точно външни устройства могат да се управляват през ЕХС, а това от своя страна, не позволява впоследствие да бъде оценена тази техническа характеристика на предлагания аппарат, съобразно Методиката за определяне на комплексната оценка на оферите, утвърдена като част от документацията по процедурата.
- на ред 2. всеки отделен предлаган инструмент е следвало да бъде пред назначен „... за **конвенционална** хирургия...“. Участникът е описал в Таблицата за съответствие, че предлаганите от него инструменти на редове 2.1;2.2;2.3 действително са предназначени за такъв тип хирургия. В същото време, посочените от него кодове на инструменти от онагледявящите материали за ред 2.2. кореспондират с инструмент, предназначен за извършване на **лапароскопска** хирургия.
- на ред 2. Участникът е посочил за предлаганите отделни инструменти по два отделни продуктови кода/каталожни номера. Така оформлено, предложението на участника за тези инструменти представлява предлагане на варианти на едни и същи инструменти. В обявленето за поръчка е записано, че варианти в настоящата обществена поръчка не са допустими.
- на ред 2. липсват представени онагледяващи материали за вторите кодове на инструментите, посочени от участника като алтернативни варианти на предложените.

В Документацията по процедурата, в Раздел 5.УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА, в т.5.7.5.т.2, са записани следните изисквания: „Всеки лист от онагледяващите материали, на който се съдържа информация за съответствието с изискванията от Възложителя характеристики, следва да бъде отбелаязан с лепящи показатели или индекси (излизачи извън страниците). На самия индекс следва да се отбележи номерът на изискването от спецификацията, което се съдържа на страницата. На самата страница, следва да бъде маркирана (чрез оцветяване, подчертаване или по друг разбираем начин) характеристиката на Апаратурата, за която се отнася номерът на самия лепящ показател или индекс.“. Нито едно от посочените изисквания по процедурата не е изпълнено от участника.

Офертата на участника за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия и изискванията на Възложителя.

### 3. Конфликти на интереси по отношение на участниците – неприложимо.

### 4. ОБЖАЛВАНЕ

Съгласно чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП, настоящото ми решение подлежи на обжалване от лицата по чл.198, ал.1, т.3 от ЗОП :

**пред Комисията за защита на конкуренцията**, с адрес: бул. Витоша № 18; гр. София; пк 1000; тел.02 9884070; факс 029807315; е.поща: [cpcadmin@cpc.bg](mailto:cpcadmin@cpc.bg); интернет адрес: <http://www.cpc.bg>.

**Подаване на жалби** – съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП – в 10-дневен срок от получаване на решението за прекратяване на възлагането.

На основание чл.43, ал.1 и ал.2, при спазване изискванията на чл.42, ал.2, т.1 и т.4 от ЗОП, настоящото ми решение да се публикува в **Профил на купувача** – на адрес: <http://onkobs.bg/?p=6098>, заедно с Доклада и Протоколите от заседанията на комисията и в същия ден да се изпрати по електронна поща до участника в процедурата.

Възложител : .....  
Управител проф.д-р Христо Стоянов Бозов

