

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 04.04.2019 година, в 09:00 часа, с продължение на 05.04.2019 г., в 08:30 часа, в кабинета на Ръководителя по лечебната дейност на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73, Хирургичен корпус на УМБАЛ-Бургас АД, ет.7, ст.5, комисия в състав:

Председател: Д-р Христо Дечев – Ръководител лечебна дейност, „КОЦ-Бургас“ ЕООД;

Членове:

1. Деана Петрова – правоспособен юрист, по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП;
2. Минко Коев – главен експерт, Дирекция „ЗСДС“, Община Бургас, по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП;
3. д-р Петя Тусчиева – ординатор в Отделение по нуклеарна медицина, „КОЦ-Бургас“ ЕООД;
4. Николай Муткуров – медицински физик, началник Лаборатория по клинична дозиметрия, „КОЦ-Бургас“ ЕООД,

в изпълнение на заповед № 069 от 19.03.2019 година на Управителя на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, се събра да продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **„Доставка на специализирана медицинска апаратура за Отделение по нуклеарна медицина и за Отделение по лъчелечение в „КОЦ-Бургас“ ЕООД“, разпределена в две обособени позиции“**.

Процедурата е регистрирана в АОП под № 00232-2019-0001, открита с:

- Решение № 06/05.02.2019 г., РОП № 892 919,
- публикувано обявление в РОП № 892 921/08.02.2019 г. и
- в ОВ на ЕС, с рег. № 2019/S 028-061888/08.02.2019 г.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

А. На първото си заседание, комисията констатира, че участниците „СОЛОМЕД“ ЕООД и „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД следва да представят допълнителни документи, подробно описани в Протокол № 1 от 19.03.2019 г., който беше изпратен на участниците и публикуван в Профила на купувача на Възложителя на 22.03.2019 г. На основание и в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП, на участниците беше дадена възможност да представят на комисията нови еЕЕДОП и/или други документи, които да съдържат променена и/или допълнена информация.

Комисията разглежда допълнително представените документи, по реда на постъпването им при Възложителя.

1. С писмо **вх.№ 101 от 27.03.2019 г.**, подадено в предвидения от закона срок, участникът „СОЛОМЕД“ ЕООД представя шест броя нови еЕЕДОП – по един за участника и за всеки от подизпълнителите, посочени от него.

При извършената проверка, комисията установи:

Новопредставените от участника еЕЕДОП-и са изготвени в съответствие с изискванията на Възложителя. Във всеки един от тях са отстранени несъответствията/липсите, посочени от комисията в Протокол 1.

Участникът и подизпълнителите са декларирали надлежно липсата на основания за отстраняване. Представената информация във всеки

новопредставен еЕЕДОП е пълна и доказва съответствието на участника с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор на Възложителя.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертите на участника „СОЛОМЕД“ ЕООД до оценяване и класиране за обособена позиция (ОП) № 1 и за ОП № 2.

2. С писмо **вх.№ 108 от 29.03.2019 г.**, подадено в предвидения от закона срок, участникът **„ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД** представя нов еЕЕДОП и нова Декларация – обр.7 от документацията по процедурата.

При извършената проверка, комисията установи:

Новопредставеният от участника еЕЕДОП е изготвен в съответствие с изискванията на Възложителя.

В еЕЕДОП и в новопредставената Декларация са отстранени несъответствията/липсите, посочени от комисията в Протокол 1.

Участникът е декларирани надлежно липсата на основания за отстраняване. Представената информация е пълна и доказва съответствието на участника с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор на Възложителя.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД до оценяване и класиране за ОП № 2.

Б. С цитираното по-горе писмо, участникът **„ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД** обръща внимание за допуснатата фактическа грешка: „...при описанието на действията на комисията при отваряне на офертите,...“ в Протокол № 1 от заседанието на комисията на 19.03.2019 г.

Комисията извърши подробна проверка по фактите, посочени от участника.

Комисията установи, че:

- подписите на представителя на **„Варинак България“ ЕООД** – г-жа Иванова, са налични върху всяка страница в техническото предложение на участника **„Соломед“ ЕООД** за ОП № 2, с изключение на документите от стр.1.92 до стр.1.135 вкл. и от стр.1.146 до стр.1.151 вкл.

- неподписаните от г-жа Иванова страници в техническото предложение на **„Соломед“ ЕООД** представляват онагледяващи материали – брошури.

- наистина е допуснатата фактическа грешка в публикувания и изпратен на участниците Протокол 1 от 19.03.2019 г.

На основание горното, комисията единодушно реши:

1. В срок до 05.04.2019 г. да уведоми участниците в процедурата за допуснатата фактическа грешка в Протокол № 1 от 19.03.2019 г. при описанието на действията на комисията при отваряне на офертите на участниците.

2. В Протокол 1, на стр.2, текстът в последния абзац на т.1:

„Г-жа Иванова подписа пликите с ценовите предложения, като отказа да подпише техническите предложения на участника.“,

ДА СЕ ЗАЛИЧИ и вместо него следва да се чете:

„Г-жа Иванова подписа пликите с ценовите предложения за двете ОП и документите в техническото предложение за ОП № 2, с изключение на документите от стр.1.92 до стр.1.135 вкл. и от стр.1.146 до стр.1.151 включително.

Неподписаните от г-жа Иванова страници в техническото предложение на **„Соломед“ ЕООД** за ОП № 2, представляват онагледяващи материали – брошури.

Г-жа Иванова отказа да подпише документите в техническото предложение на участника за ОП № 1.“.

3. Наложилата се корекция на допуснатата фактическа грешка не влияе по никакъв начин на констатациите, изискванията и препоръките на комисията и те остават непроменени, по отношение на представените от участниците документи, отразени в Протокол № 1 от заседанието на 19.03.2019 г.

В. Комисията пристъпи към **разглеждане на техническите предложения** на участниците за изпълнение на всяка отделна ОП от предмета на поръчката, по реда на постъпване на офертите им.

1. „СОЛОМЕД“ ЕООД, вх.№ 01/18.03.2019 г., депозирана в 13:30 ч.
Комисията констатира:

1.1. За ОП № 1 участникът „СОЛОМЕД“ ЕООД предлага:

Да извърши комплексно целия предмет на обществената поръчка.
Да достави фабрично нова високотехнологична медицинска апаратура, с технически характеристики, съгласно приложената **Таблица за съответствие**. Апаратурата не е били демонстрационна и не е рециклирана. Предлаганите от него изделия и компоненти на апаратурата, за които е било изискуемо, притежават CE-mark/Директива 93/42/ЕЕС, нанесена върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

Да достави, монтира и пусне в действие медицинската апаратура в срок до 120 дни от получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Доставената от него медицинска апаратура ще отговаря на минималните изисквания, описани в спецификацията.

Да извърши приемателните тестове за доказване на изискуемите характеристики на апаратурата и да съдейства за лицензиране на апаратурата пред съответните институции.

Да осигури създаването на комуникационни връзки между доставената апаратура и допълнително оборудване със съществуващите такива в лечебното заведение, където е приложимо, за целите на лъчелечението и радиохирургията.

След монтажа на апаратурата да проведе приемателни изпитвания, за които ще носи отговорност.

Да осигури гаранционно обслужване на доставената апаратура от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция – до 24 часа, 7 дни в седмицата.

Предлага гаранционният срок да бъде 12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, след получаване на лиценз.

Гаранционното обслужване ще включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.

По време на гаранционния срок се задължава да поправя възможните повреди, както и да извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя и приложимата нормативна уредба.

Приема по време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика ще бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че това време превиши 240 часа, приема гаранционния срок да бъде удължен с толкова, колкото часа над определените оборудването не е работило.

Да осигури обучение на персонала на Възложителя, така както е било изискуемо.

Оторизираният сервиз, със специалисти на който ще се извършва гаранционния сервиз се намира на адрес:

– гр. София 1309, ул. „Кукуш“ № 2, „Сименс Хелткеър“ ЕООД – за продуктите, произведени от Сименс Медикъл Сълъшънс /САЩ/;

- гр.София 1680, ул. "Тодор Каблешков" № 61, „Канбера Пакард България“ ЕООД – за продуктите на производителите Тема Синерджи/Италия/ и Берхолд Технолоджиз ООД/Германия/.

Предложението за ОП № 1 е придружено с пълна и изчерпателна документация, съответстваща на изискванията на Възложителя.

Валидността на предложението е до дата: 18.10.2019 год.

Конкретните технически показатели на предлаганата от участника медицинска апаратура за изпълнение на ОП № 1 от спецификацията, съдържащи се в колона 6 от Таблицата за съответствие към Техническото му предложение, са посочени като конфиденциални от участника в представената от него Декларация – обр.2 от документацията по процедурата.

Техническите характеристики на предлаганата от участника „Соломед“ ЕООД медицинска апаратура за ОП № 1, подлежащи на оценка, съгласно одобрената от Възложителя Методика за комплексна оценка на офертите, са както следва:

| Показатели | Предложения на участника |
|--|--|
| <p>ТХ на ПЕТ-КТ системата, включва:</p> <p>2.1.1.Непрекъснатост на движението на пациентната маса по време на изследването;</p> <p>2.1.2.Размер на отвора на гентритото;</p> <p>2.1.3.Брой кристали на детектора;</p> <p>2.1.4.Корекция на затихването при ПЕТ-образите.</p> | <p>Biograph Horizon</p> <p>2.1.1. Предложената ПЕТ-КТ система притежава технологична възможност за непрекъснато движение на пациентната маса по време на аквизиция и реконструкция с цел осигуряване на непрекъсваемост на сканирането и липса на overlap: „FlowMotion технология“</p> <p>2.1.2. Размер на отвора на гентритото: 70 см</p> <p>2.1.3. Брой кристали на детектора (детекторни елементи): 20 280 броя</p> <p>2.1.4. Предложената ПЕТ-КТ система притежава ПЕТ-КТ осигурява технология за намаляване на металните артефакти при КТ изображения и използва образите от КТ с вече намалени артефакти за корекция на затихването при ПЕТ образите : „iMAR“ софтуер</p> |
| <p>ТХ на СПЕКТ-КТ системата, включва:</p> <p>2.2.1.Напълно автоматична смяна на колиматори;</p> <p>2.2.2.Напълно автоматично извършване на процедури за качествен контрол;</p> <p>2.2.3.Наличие на приставка за млечна жлеза;</p> <p>2.2.4.Наличие на плосък карбонов плот за пациентната маса.</p> | <p>Symbia Intevo Excel</p> <p>2.2.1. Напълно автоматична смяна на колиматори и съхранение на 4 колиматора в collimator changer, интегриран в пациентната маса (4 гнезда/слотове): "ACC" – Automatic Collimator Changer</p> <p>2.2.2. Напълно автоматично извършване на дневни, седмични и месечни процедури за качествен контрол без необходимост от ръчна намеса от страна на персонала и излагане на йонизиращо лъчение, с възможност за насрочване на часа за приключване на процедурата: "AQC" – Automatic Quality Control</p> <p>2.2.3. Допълнителна, специализирана приставка за изследване на млечни жлези: Mammography pallet</p> <p>2.2.4. Плосък карбонов палет върху пациентната маса за лъчетерапевтично планиране, съвместим със стандартни за индустрията планиращи, позициониращи аксесоари: RTP pallet</p> |
| <p>ТХ на Диспенсър, включва:</p> <p>2.3.1.Радиационна безопасност;</p> | <p>KAR1100</p> <p>2.3.1. Всички операции, включително махане на капака на транспортния контейнер, пробождане и свързване на многодозовия флакон към системата се</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | извършват напълно автоматично без ръчни манипулации |
| 2.3.2. Икономичност; | 2.3.2. Цялото количество прехвърлен/наличен в системата радиофармацевтик се използва само за изготвяне на единични пациентни дози |
| 2.3.3. Функционалност. | 2.3.3. Системата позволява зареждане на повече от един многодозов флакон с входяща активност преди началото на диспенсиране. |

Комисията счита, че предложението на участника за изпълнение на ОП № 1 от предмета на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя и допуска офертата до оценяване и класиране за ОП № 1 от спецификацията по процедурата.

1.2. За ОП № 2 участникът „СОЛОМЕД“ ЕООД предлага:

Да извърши комплексно целия предмет на обществената поръчка.
 Да достави фабрично нова високотехнологична медицинска апаратура, с технически характеристики, съгласно приложената **Таблица за съответствие**. Апаратурата не е били демонстрационна и не е рециклирана. Предлаганите от него изделия и компоненти на апаратурата, за които е било изискуемо, притежават CE-mark/Директива 93/42/ЕЕС, нанесена върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.
 Да достави, монтира и пусне в действие медицинската апаратура в срок до 120 дни от получаване на възлагателно писмо от Възложителя.
 Доставената от него медицинска апаратура ще отговаря на минималните изисквания, описани в спецификацията.
 Да извърши приемателните тестове за доказване на изискуемите характеристики на апаратурата и да съдейства за лицензиране на апаратурата пред съответните институции.
 Да осигури създаването на комуникационни връзки между доставената апаратура и допълнително оборудване със съществуващите такива в лечебното заведение, където е приложимо, за целите на лъчелечението и радиохирургията.
 След монтажа на апаратурата да проведе приемателни изпитвания, за които ще носи отговорност.
 Да осигури гаранционно обслужване на доставената апаратура от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция - до 24 часа, 7 дни в седмицата.
 Предлага гаранционният срок да бъде 12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, след получаване на лиценз.
 Гаранционното обслужване ще включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.
 По време на гаранционния срок се задължава да поправя възможните повреди, както и да извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя и приложимата нормативна уредба.
 Приема по време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика ще бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че това време превиши 240 часа, приема гаранционния срок да бъде удължен с толкова, колкото часа над определените оборудването не е работило.
 Да осигури обучение на персонала на Възложителя, така както е било изискуемо.
 Оторизираните сервизи, със специалисти на които ще се извършва гаранционния сервиз, се намират на адрес:

- град Разград 7200, ул. "Бели Дом" № 15, ет. 0-1, „Евромед - София“ ООД, за продуктите произведени от Нуклетрон Б.В./Нидерландия/;
 - град София 1797, ж.к. Младост, бл. 86, ет. 4, ап. 10, „ПАРАМЕДИКА“ ООД, за продуктите на ALVO/Полша/;
 - град София 1330, бул. „Акад. Иван Гешов“ 2Е, Бизнес център „Сердика“, сграда 1, офис 307-309, за продуктите на ХИТАЧИ Лтд./Япония/.

Предложението за ОП № 2 е придружено с пълна и изчерпателна документация, съответстваща на изискванията на Възложителя.

Валидността на предложението е до 18.10.2019 год.

Конкретните технически показатели на предлаганата от участника медицинска апаратура за изпълнение на ОП № 2 от спецификацията, съдържащи се в колона 6 от Таблицата за съответствие към Техническото му предложение, са посочени като конфиденциални от участника в представената от него Декларация - обр. 2 от документацията по процедурата.

Техническите характеристики на предлаганата от участника „Соломед“ ЕООД медицинска апаратура за ОП № 2, подлежащи на оценка, съгласно одобрената от Възложителя Методика за комплексна оценка на офертите, са както следва:

| Показатели | Предложения на участника |
|--|--|
| Технически характеристики (Тх), ключва: 2.1. Брой канали на Дистанционния HDR afterloader; | Брой канали на Дистанционния HDR afterloader - 40 канала |
| 2.2. Гарантиран брой придвижвания на радиоактивния източник. | Гарантиран брой придвижвания на радиоактивния източник - 30 000 (тридесет хиляди). |

Комисията счита, че предложението на участника за изпълнение на ОП № 2 от предмета на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя и допуска офертата до оценяване и класиране за ОП № 2.

2. „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вх. № 02/18.03.2019 г., депозирана в 14:00 ч. Комисията констатира:

За ОП № 2 участникът „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлага:

Да извърши комплексно целия предмет на обществената поръчка.

Да достави фабрично нова високотехнологична медицинска апаратура, с технически характеристики, съгласно приложената **Таблица за съответствие**. Апаратурата не е били демонстрационна и не е рециклирана. Предлаганите от него изделия и компоненти на апаратурата, за които е било изискуемо, притежават CE-mark/Директива 93/42/ЕЕС, нанесена върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

Да достави, монтира и пусне в действие медицинската апаратура в срок до 120 дни от получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Доставената от него медицинска апаратура ще отговаря на минималните изисквания, описани в спецификацията.

Да извърши приемателните тестове за доказване на изискуемите характеристики на апаратурата и да съдейства за лицензиране на апаратурата пред съответните институции.

Да осигури създаването на комуникационни връзки между доставената апаратура и допълнително оборудване със съществуващите такива в лечебното заведение, където е приложимо, за целите на лъчелечението и радиохирургията.

След монтажа на апаратурата да проведе приемателни изпитвания, за които ще носи отговорност.

Да осигури гаранционно обслужване на доставената апаратура от оторизиран сервиз на производителя при максимално време на реакция – до 24 часа, 7 дни в седмицата.

Предлага гаранционният срок да бъде 12 (дванадесет) месеца от датата на въвеждане в експлоатация, след получаване на лиценз.

Гаранционното обслужване ще включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.

По време на гаранционния срок се задължава да поправя възможните повреди, както и да извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя и приложимата нормативна уредба.

Приема по време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика ще бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че това време превиши 240 часа, приема гаранционния срок да бъде удължен с толкова, колкото часа над определените оборудването не е работило.

Да осигури обучение на персонала на Възложителя, така както е било изискуемо.

Оторизираният сервиз, със специалисти на който ще се извършва гаранционния сервиз се намира на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 85, ет. 4.

Предложението за ОП № 2 е придружено с пълна и изчерпателна документация, съответстваща на изискванията на Възложителя.

Валидността на предложението е до дата: 18.10.2019 год.

Информацията, съдържаща се в приложения от участника „Варинак България“ ЕООД документ „Техническа оферта на производителя“ към Техническото му предложение, са посочени като конфиденциални в представената от него Декларация – обр.2 от документацията по процедурата.

Техническите характеристики на предлаганата от участника „Варинак България“ ЕООД медицинска апаратура за ОП № 2, подлежащи на оценка, съгласно одобрената от Възложителя Методика за комплексна оценка на офертите, са както следва:

| Показатели | Предложения на участника |
|--|--------------------------|
| Технически характеристики (Тх) , ключва: | |
| 2.1. Брой канали на Дистанционния HDR afterloader; | 30 |
| 2.2. Гарантиран брой придвижвания на радиоактивния източник. | 5000 |

Комисията счита, че предложението на участника за изпълнение на ОП № 2 от предмета на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя и допуска офертата до оценяване и класиране за ОП № 2.

Г. Комисията пристъпи към определяне Оценка на предложенията на участниците „Соломед“ ЕООД и „Варинак България“ ЕООД за изпълнение на поръчката, по обособените позиции, по които ги е допуснала до оценяване и класиране.

И. Комисията пристъпи към определяне Оценка на предложението на „Соломед“ ЕООД за ОП № 1, по показателя „технически характеристики“ (Тх), съгласно утвърдената Методика за оценка на офертите:

1. Т_{х1} – Технически преимущества на ПЕТ-КТ системата

1.1. Непрекъснатост на движението на пациентната маса по време на изследването – Участникът е предложил ПЕТ-КТ система с технологична възможност за непрекъснато движение на пациентната маса по време на аквизиция, с цел – осигуряване на непрекъсваемост на сканирането. Участникът получава **15 т. по този показател.**

- 1.2. Размер на отвора на гентритото - предложената ПЕТ-КТ система е с отвор на гентритото 70 см. Участникът получава **5 т. по този показател.**
- 1.3. Брой кристали на детектора - предложената ПЕТ-КТ система е с 20 280 броя кристали. Участникът получава **5 т. по този показател.**
- 1.4. Корекция на затихването при ПЕТ-образите - предложената ПЕТ-КТ система със софтуер за намаляване на металните артефакти при СТ частта дава възможност новите образи (с намалени артефакти) да се използват за корекция на затихването при ПЕТ образите. Участникът получава **5 т. по този показател.**

Общата оценка на предложението по показателя T_{x1} - **Технически** преимущества на ПЕТ-КТ системата - **30 точки.**

2. T_{x2} - Технически преимущества на СПЕКТ-КТ системата

- 2.1. Напълно автоматична смяна на колиматори - Участникът е предложил СПЕКТ-КТ система с напълно автоматична смяна на колиматори и съхранение на 4 колиматора в интегрирани в пациентната маса колиматорни гнезда. Участникът получава **5 т. по този показател.**
- 2.2. Напълно автоматично извършване на процедури за качествен контрол - Участникът е предложил СПЕКТ-КТ, позволяваща напълно автоматично извършване на дневни, седмични и месечни процедури за качествен контрол без необходимост от ръчна намеса от страна на персонала и излагане на йонизиращо лъчение, с възможност за насрочване на часа за приключване на процедурата. Участникът получава **5 т. по този показател.**
- 2.3. Наличие на приставка за млечна жлеза - Участникът е предложил СПЕКТ-КТ система, окомплектована с допълнителна, специализирана приставка за изследване на млечни жлези. Участникът получава **5 т. по този показател.**
- 2.4. Наличие на плосък карбонов плот за пациентната маса - Участникът е предложил СПЕКТ-КТ система, окомплектована с плосък карбонов плот към пациентната маса за планиране на лъчетерапия, съвместим със стандартни за индустрията лъчетерапевтични планиращи и позициониращи аксесоари. Участникът получава **5 т. по този показател.**

Общата оценка на предложението по показателя T_{x2} - **Технически** преимущества на СПЕКТ-КТ системата - **20 точки.**

3. T_{x3} - Технически преимущества на Диспенсър

- 3.1. Радиационна безопасност - Всички операции, включително махане на капака на транспортния контейнер, пробождане и свързване на многодозовия флакон към системата се извършват напълно автоматично без ръчни манипулации. Участникът получава **3 т. по този показател.**
- 3.2. Икономичност - Цялото количество прехвърлен/наличен в системата радиофармацевтик се използва само за изготвяне на единични пациентни дози. Участникът получава **4 т. по този показател.**
- 3.3. Функционалност - Системата позволява зареждане на повече от един многодозов флакон с входяща активност преди началото на диспенсиране. Участникът получава **3 т. по този показател.**

Общата оценка на предложението по показателя T_{x3} - **Технически** преимущества на Диспенсър - **10 точки.**

Оценката на предложението на участника „Соломед“ ЕООД, за изпълнение на обособена позиция № 1, по Показателя „Технически характеристики“ (T_x) се определя по формулата: $T_x = T_{x1} + T_{x2} + T_{x3}$.

На основание гореизложеното, участникът „СОЛОМЕД“ ЕООД получава **обща оценка за Технически характеристики за ОП № 1:**

$$T_x = 30 \text{ т.} + 20 \text{ т.} + 10 \text{ т.} = \underline{60 \text{ т.}}$$

II. Комисията пристъпи към определяне оценките на предложенията на участниците „Соломед“ ЕООД и „Варинак България“ ЕООД за ОП № 2, по показателя „Технически характеристики“ (T_x), съгласно утвърдената от Възложителя Методика за оценка на офертите. Съгласно методиката, оценката на всеки участник следва да се определи, като се сумират оценките на отделните подпоказатели за технически преимущества на предложената от него АТС за брахитерапия.

За определяне на индивидуалните оценки на отделните подпоказатели за технически преимущества на предложенията на участниците, комисията съставя следната Таблица:

| Показатели и начин за оценяване на предложенията | Предложения на участниците | | Оценка | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--|--|
| | СОЛОМЕД ЕООД | ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОЛОМЕД ЕООД | ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД |
| Брой канали на Дистанционния HDR afterloader: Участникът, предложил най-голям брой канали, получава 25 т. Всички останали предложения получават 0 т. | 40 канала | 30 | 25 т. | 0 т. |
| Гарантиран брой придвижвания на радиоактивния източник – Оценката по този критерий ще се изчислява на база предложенията на Участниците, по следната формула: Участник : $X_{\max} \times 25$ | 30 000 (тридесет хиляди) | 5000 | $\frac{30\,000}{30\,000} \times 25$ = 25 т. | $\frac{5\,000}{30\,000} \times 25$ = 4,167 т. |

На основание гореизложеното, комисията определя общата оценка по Показателя „Технически характеристики“ (T_x) за ОП № 2, както следва:

- за участника „СОЛОМЕД“ ЕООД:
Обща оценка $T_x = 25 \text{ т.} + 25 \text{ т.}$
 $T_x = 50 \text{ т.}$
- за участника „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД:
Обща оценка $T_x = 0 \text{ т.} + 4,167 \text{ т.}$
 $T_x = 4,167 \text{ т.}$

Д. Комисията приключва настоящото си заседание и насрочва следващото – за отваряне на ценовите предложения на участниците – за дата 11.04.2019 г. от 08:30 часа, за което да бъдат уведомени участниците в процедурата, чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача.

Комисия: Председател

Членове:

**ЗАЛИЧЕНА
ИНФОРМАЦИЯ**
 на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП и
 във вр.с чл.59 от ЗЗЛД

г-р Хр.Дечев/

/Д.Петрова/

/М.Коев/

/д-р П.Тусчиева/

/Н.Муткуров/

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 11.04.2019 година, в 08:30 часа, в кабинета на РЛД на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73, Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, ет.7, ст.5, комисия в състав:

Председател: Д-р Христо Дечев - Ръководител лечебна дейност, „КОЦ-Бургас“ ЕООД;

Членове:

1. Деана Петрова - правоспособен юрист, по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП;
2. Минко Коев - главен експерт, Дирекция „ЗСДС“, Община Бургас, по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП;
3. д-р Петя Тусчиева - ординатор в Отделение по нуклеарна медицина, „КОЦ-Бургас“ ЕООД;
4. Николай Муткуров - медицински физик, началник Лаборатория по клинична дозиметрия, „КОЦ-Бургас“ ЕООД,

в изпълнение на заповед № 069 от 19.03.2019 година на Управителя на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в обществена поръчка - открита процедура, с предмет: **„Доставка на специализирана медицинска апаратура за Отделение по нуклеарна медицина и за Отделение по лъчелечение в „КОЦ-Бургас“ ЕООД“, разпределена в две обособени позиции“**.

Процедурата е регистрирана в АОП под № 00232-2019-0001, открита с:

- Решение № 06/05.02.2019 г., РОП № 892 919,
- публикувано обявление в РОП № 892 921/08.02.2019 г. и
- в ОВ на ЕС, с рег. № 2019/S 028-061888/08.02.2019 г.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

На заседанието на комисията присъстваха:

- Ивалина Калоянова Иванова - упълномощен представител на фирма „Варинак България“ ЕООД;

- Георги Иванов Панов - управител на фирма „Соломед“ ЕООД.

Други представители и/или упълномощени лица не присъстваха на заседанието.

Г-жа Д.Петрова обяви на представителите на участниците резултатите от оценяването на офертите им по показателите за технически характеристики, а именно:

За ОП № 1 „Соломед“ ЕООД получи 60 точки;

За ОП № 2 „Соломед“ ЕООД получи 50 точки;

За ОП № 2 „Варинак България“ ЕООД получи 4,167 точки.

Комисията отвори ценовите предложения на участниците по отделните обособени позиции и ги оповести, както следва:

- „СОЛОМЕД“ ЕООД -

за ОП № 1 предлага обща цена - 4 817 010,00 лв.;

за ОП № 2 предлага обща цена - 1 499 952,00 лв.

- „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за ОП № 2 предлага обща цена - 816 000,00 лв.

Всяка от ценовите оферти се подписа от трима от членовете на комисията и от представителя на другия участник.

С извършените действия завърши публичната част от заседанието на комисията.

След напускане на представителите на участниците, комисията пристъпи към проверка на ценовите им предложения, за съответствие с изискванията на Възложителя за тяхното изготвяне и оформяне.

Комисията установи:

1. Ценовото предложение на участника „СОЛОМЕД“ ЕООД за ОП № 1 е оформено съобразно изискванията на Възложителя и е в общ размер на **4 817 010,00** (четири милиона осемстотин и седемнадесет хиляди и десет) лв., от които – **30 105,00** (тридесет хиляди сто и пет) лв. – за обучение на персонала.

2. Ценовото предложение на участника „СОЛОМЕД“ ЕООД за ОП № 2 е оформено съобразно изискванията на Възложителя и е в общ размер на **1 499 952,00** (един милион четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и два) лв., от които – **30 700,00** (тридесет хиляди и седемстотин) лв. – за обучение на персонала.

3. Ценовото предложение на участника „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за ОП № 2 е оформено съобразно изискванията на Възложителя и е в общ размер на **816 000,00** (осемстотин и шестнадесет хиляди) лева, от които – **16800,00** (шестнадесет хиляди и осемстотин) лева – за обучение на персонала.

На основание горното и във връзка с утвърдената от Възложителя Методика за комплексна оценка на офертите, комисията определя следните оценки на ценовите предложения на участниците:

- за ОП № 1 – по формулата $P_c = P_{\text{мин.}} : P_{\text{уч.}} \times 40$

Участникът „Соломед“ ЕООД получава

$P_c = 4817010 : 4817010 \times 40 = 40$ точки.

- за ОП № 2 – по формулата $P_c = P_{\text{мин.}} : P_{\text{уч.}} \times 50$

Участникът „Соломед“ ЕООД получава

$P_c = 816000 : 1499952 \times 50 = 27,201$ точки.

Участникът „Варинак България“ ЕООД получава

$P_c = 816000 : 816000 \times 50 = 50$ точки.

Комисията пристъпи към определяне **комплексните оценки** на офертите на участниците по отделни обособени позиции, както следва:

- за ОП № 1 – по формулата $K_o \text{ ОП } 1 = P_c + T_x$

Участникът „Соломед“ ЕООД получава

$K_o \text{ ОП } 1 = 40 \text{ т.} + 60 \text{ т.} = 100$ точки.

- за ОП № 2 – по формулата $K_o \text{ ОП } 2 = P_c + T_x$

Участникът „Соломед“ ЕООД получава

$K_o \text{ ОП } 1 = 27,201 \text{ т.} + 50 \text{ т.} = 77,201$ точки.

Участникът „Варинак България“ ЕООД получава
Ко ОП 1 = 50 т. + 4,167 т. = **54,167 точки.**

Комисията извършва окончателното класиране по отделни обособени позиции:

1. За ОП № 1:

на първо място се класира участникът „СОЛОМЕД“ ЕООД, с комплексна оценка на офертата от **100 точки.**

2. За ОП № 2:

- на първо място се класира участникът „СОЛОМЕД“ ЕООД, с комплексна оценка на офертата от **77,201 точки;**

- на второ място се класира участникът „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с комплексна оценка на офертата от **54,167 точки.**

С извършеното класиране комисията приключва своята работа и съставя доклад, който предава ведно с протоколите от заседанията си и получените документи от участниците на Възложителя - за вземане на решение.

Комисия: Председател

Членове:

**ЗАЛИЧЕНА
ИНФОРМАЦИЯ
на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП и
във вр.с чл.59 от ЗЗЛД**

-р Хр.Дечев/

Д.Петрова/

М.Коев/

д-р П.Тусчиева/

/Н.Муткуров/